



Fundusze Europejskie
Program Regionalny




Rzeczpospolita
Polska



DOLNY
ŚLĄSK

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



sekretariat@pogotowie-ratunkowe.pl

tel. 71 77 31 408 fax. 71 367 66 18

NIP: 899-23-54-460

www.pogotowie-ratunkowe.pl

tel. kom. 506 374 965, 506 734 573, www. 400 500

REGON: 932207142

KRS: 0000207618

ZP / 55 / 2020

Wrocław, dn. 06.08.2020 r.

DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA

INFORMACJA NR 1

Dotyczy: odpowiedzi na pytania Wykonawców złożone do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa ambulansu bariatrycznego” – znak: ZP/PR/21/2020

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) – dalej: uPzp – przekazuje treść zapytań dotyczących wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści ambulans spełniający normę emisji Euro VI?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ambulans spełniający normę emisji Euro VI.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści ambulans w którym miejsce na torbę medyczną oraz plecak ratunkowy znajduje się wyłącznie w przedziale medycznym? W ambulansie z noszami wspomaganymi elektrycznie nie oferujemy schowka technicznego z dodatkowym miejscem na torbę i plecak. Miejsce na plecak znajduje się u dołu szafki na ścianie działowej przy drzwiach prawych przesuwanych, natomiast torba opatrunkowa montowana jest na lewej ścianie w okolicy nadkola.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązania opisanego w zapytaniu.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania ambulansu w którym wszystkie zastosowane rozwiązania są zgodne z obowiązującymi przepisami, są bezpieczne, sprawdzone w testach wytrzymałościowych? Czy Zamawiający wymaga załączenia do oferty dokumentów to potwierdzających, tzn. schematów oferowanej zabudowy potwierdzonych przez jednostkę badawczą? Brak w/w wymogów w postępowaniach Zamawiającego, umożliwia złożenie oferty w oparciu o rozwiązania, które nie przeszły testów wytrzymałościowych, co zagraża zdrowiu i życiu personelu jak i pacjentów.

Odpowiedź: Zamawiający opisał wszystkie wymagania dotyczące ambulansu w tabeli minimalnych wymagań techniczno – użytkowych ambulansu.

Pytanie nr 4

Prosimy o wprowadzenie wymogu załączenia do oferty sprawozdania z badań dynamicznych na 10 g dotyczącego typu ambulansu będącego przedmiotem oferty zgodnie z wymaganiami zharmonizowanej Normy Europejskiej PN EN 1789 + A2 : 2015 lub równoważną. Dokument wystawiony przez niezależną notyfikowaną jednostkę badawczą

– załączyć do oferty sprawozdanie z badań wraz z dokumentacją techniczną do sprawozdania, określającą schemat zabudowy będącej przedmiotem badania - załączyć zdjęcia z badania oraz rysunki techniczne zabudowy potwierdzone przez jednostkę wykonującą badanie.

Odpowiedź: Zamawiający opisał wszystkie wymagania dotyczące ambulansu w tabeli minimalnych wymagań techniczno – użytkowych ambulansu.

Pytanie nr 5

Zamawiający ma możliwość weryfikacji prawidłowości wystawienia homologacji na pojazd skompletowany już na etapie składania ofert. Wykonawca, który posiada homologację drugiego etapu dla oferowanej marki i modelu pojazdu bazowego powinien załączyć niżej opisane dokumenty do oferty.

Prosimy o wprowadzenie wymogu załączenia do oferty aktualnej całopojazdowej homologacji typu WE pojazdu skompletowanego (oferowanego ambulansu typu C) i podstawowego (samochodu ciężarowego), zgodną z ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części oraz Dyrektywą 2007/46/WE. Numer świadectwa homologacji typu WE pojazdu podstawowego musi być ujęty w świadectwie homologacji typu WE pojazdu skompletowanego oraz posiadać informacje o dacie wydania homologacji pojazdu podstawowego i skompletowanego. Numery homologacji pojazdu podstawowego i skompletowanego muszą być zgodnie z Dyrektywą 2007/46/WE załącznik nr VII składać się z 4 sekcji informujących o:

- państwie członkowskim wydającym homologację
- numerze ostatniej dyrektywy lub rozporządzenia zmieniającego, włącznie z aktami wykonawczymi stosowanymi do danej homologacji;
- czterocyfrowym numerze porządkowym;
- dwucyfrowym numerze porządkowym określającym rozszerzenie.

Numer homologacji oferowanego pojazdu podstawowego musi być zbieżny z numerem homologacji oferowanego pojazdu skompletowanego i odpowiadać oferowanemu pojazdowi. Podać numer homologacji pojazdu bazowego i pojazdu skompletowanego. Nie jest wymagane składanie wraz z ofertą załączników do homologacji, lecz w przypadku wątpliwości Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania wykonawcy do ich przedłożenia celem weryfikacji zgodności oferty z wymogami SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający opisał wszystkie wymagania dotyczące ambulansu w tabeli minimalnych wymagań techniczno - użytkowych ambulansu.

Pytanie nr 6

Prosimy o wydłużenie czasu na podstawienie ambulansu zastępczego z 24 godzin do 72 godzin nie wliczając w to dni wolnych od pracy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie czasu na podstawienie ambulansu zastępczego.

Pytanie nr 7 - dotyczy §6 pkt 8 Wzoru Umowy

W celu prawidłowego oszacowania wartości oferty, prosimy o potwierdzenie, że w cenie należy uwzględnić przeglądy zabudowy medycznej oraz noszy wielozadaniowych. Przeglądy pojazdu bazowego pozostają po stronie Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że w cenie oferty należy uwzględnić przeglądy zabudowy medycznej oraz noszy.

Pytanie nr 8 - dotyczy §8 pkt 1 ppkt 1) Wzoru Umowy

Prosimy o zmianę wysokości zaproponowanej kary umownej, do wartości maksymalnej 0,2% kwoty wynagrodzenia brutto, co pozwoli na złożenie oferty.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy w zakresie objętym zapytaniem.

Pytanie nr 9 – dotyczy §8 pkt 3 Wzoru Umowy

Prosimy o zmianę wysokości zaproponowanej kary umownej, do wartości maksymalnej 0,2% kwoty wynagrodzenia brutto, co pozwoli na złożenie oferty.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy w zakresie objętym zapytaniem.

Pytanie nr 10 – dotyczy §8 pkt 1 ppkt 5), ppkt 6), ppkt 7 Wzoru Umowy

Prosimy o zmianę wysokości kar umownych, opisanych w w/w punktach Wzoru Umowy do 0,1% kwoty wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia, co pozwoli na złożenie oferty.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy w zakresie objętym zapytaniem.

Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

wykonano w 1 egz.

sporządziła: Marzena Paszulewicz

tel. 71/ 773 15 63

do wiadomości: wszyscy uczestnicy postępowania

DYREKTOR
Pogotowia Ratunkowego
we Wrocławiu

lek. med. Zbigniew Mładzki

