



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita
Polska



DOLNY
ŚLĄSK

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



sekretariat@pogotowie-ratunkowe.pl

tel. 71 77 31 400 fax. 71 367 66 18

NIP: 899-23-54-460

www.pogotowie-ratunkowe.pl

tel. kom. 506 374 965 , 506 734 979, wew. 400, 500

REGON: 932207142

KRS: 0000207618

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZNAK SPRAWY: ZP/PR/21/2020

Przetarg nieograniczony pn.:
„Dostawa ambulansu bariatrycznego”

Zatwierdził:

Dyrektor Pogotowia Ratunkowego
z up. Dyrektora
we Wrocławiu Pogotowia Ratunkowego
we Wrocławiu

Z-ca Dyrektora
ds. Administracyjno-Organizacyjnych
Pogotowia Ratunkowego
we Wrocławiu

Anna Koniec

Załączniki do SIWZ:

- | | |
|----------------|--|
| Załącznik nr 1 | Formularz ofertowy |
| Załącznik nr 2 | Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu |
| Załącznik nr 3 | Wzór umowy |
| Załącznik nr 4 | Tabela minimalnych wymagań techniczno - użytkowych ambulansu |
| Załącznik nr 5 | Wykaz dostaw |

Wrocław, lipiec 2020 r.

Strona 1 z 20

Działanie 6.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020.

Kierownik
Działu Zamówień Publicznych

Małgorzata Paszulewicz

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Zamawiający: **Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu, ul. Ziębicka 34-38, 50-507 Wrocław.**
2. Adres do korespondencji: **Dział Zamówień Publicznych Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu, ul. Ziębicka 34-38, 50-507 Wrocław.**
3. Godziny urzędowania Zamawiającego: **od poniedziałku do piątku, od godz. 7:25 do 15:00.**
4. Postępowanie prowadzone jest przy całkowitej wartości zamówienia poniżej 214 000 euro w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej uPzp. Zastosowanie mają także akty wykonawcze do przywołanej uPzp, w szczególności:
 - 1) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2020 r. poz. 1282);
 - 2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2453);
 - 3) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 2450).
5. Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) udostępnione zostały na stronie internetowej Zamawiającego od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych - do upływu terminu składania ofert.
6. Jako podstawowy dokument do sporządzenia oferty należy traktować niniejszą SIWZ wraz ze wszystkimi dokumentami zamieszczonymi na stronie internetowej Zamawiającego, w tym ewentualnymi Informacjami dla Wykonawców.
7. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawcę stosować się będzie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145), jeżeli przepisy uPzp nie stanowią inaczej.

8. KLAUZULA INFORMACYJNA:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, dalej zwane: „RODO”), informujemy, iż :

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu z siedzibą przy ul. Ziębickiej 34-38, 50-507 Wrocław, tel. (71) 773 15 00, e-mail: sekretariat@pogotowie-ratunkowe.pl
- Kontakt do Inspektora Danych Osobowych, e-mail: iod@pogotowie-ratunkowe.pl

- Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wyłonienia wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu o zamówienie publiczne przeprowadzane zgodnie z uPzp oraz w pozostałych celach określonych w uPzp;
- Dane mogą być przekazywane innym Wykonawcom postępowania, osobom, które wystąpią o wgląd do dokumentacji postępowania na mocy Ustawy o dostępie do informacji publicznej, art. 8 oraz art. 96 ust. 3 uPzp, Urzędowi Zamówień Publicznych i Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, oraz podmiotom upoważnionym na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych;
- Dane będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie postępowania. Jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu przechowywać będzie umowę przez cały czas jej trwania;
- Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania i uzupełnienia danych osobowych, które można zrealizować za pomocą wniosków znajdujących się na stronie www.pogotowie-ratunkowe.pl przesyłanych drogą e-mailową na adres inspektora ochrony danych lub złożonych w sekretariacie Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
- W związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych osobowych, ich przenoszenia zgodnie z art. 20 RODO, oraz prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych z art. 21 RODO, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
- Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z uPzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i jest warunkiem zawarcia umowy o zamówienie publiczne, a konsekwencją nie udostępnienia do przetwarzania danych osobowych będzie odrzucenie złożonej oferty lub wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
- W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, oraz nie będą poddawane profilowaniu, stosownie do art. 22 RODO;
- Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego (poza UE) / organizacji międzynarodowej na zasadach określonych w uPzp. Może Pan/ Pani uzyskać kopię danych osobowych przekazywanych do państwa trzeciego na zasadach wynikających z uPzp;
- Administrator danych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego, wyprodukowanego w 2020 r. ambulansu bariatrycznego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w tabeli

minimalnych wymagań techniczno - użytkowych ambulansu stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ.

2. **Przedmiot zamówienia jest finansowany z Projektu „Poprawa dostępności i podniesienie jakości świadczeń zdrowotnych na rzecz ograniczenia zachorowalności mieszkańców regionu w związku z pojawieniem się COVID-19”, w ramach Działania 6.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020.**
3. Oferowany przedmiot zamówienia musi posiadać dokumenty dopuszczające go do ruchu drogowego na terenie RP, umożliwiające jego rejestrację i eksploatację bezpośrednio po dokonaniu odbioru przez Zamawiającego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj.:
 - 1) spełniać wymagania aktualnych norm PN-EN 1789+A2 i PN-EN 1865-1+A1 w zakresie odpowiednim do niniejszego postępowania;
 - 2) posiadać ważną homologację (na samochód wraz z zabudową) wystawioną zgodnie z przepisami Działu III Rozdział 1a Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 110);
 - 3) spełniać warunki określone w przepisach dotyczących warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 2022 ze zm.);
 - 4) spełniać warunki określone w przepisach dotyczących oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2487)
 - 5) spełniać warunki określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2130)
4. Przedmiot zamówienia musi być nieużytkowany, nie demonstracyjny, nie będący przedmiotem ekspozycji, kompletny i gotowy do użytkowania oraz posiadać wyposażenie i parametry wskazane w załączniku nr 4 do niniejszej SIWZ.
5. Wykonawca udzieli gwarancji bez limitu kilometrów na dostarczony ambulans, której ważność rozpocznie się od daty podpisania pozytywnego protokołu odbioru pojazdu:
 - 1) na pojazd bazowy – na okres 24 miesięcy (wartość stała nie oceniana);
 - 2) na zabudowę medyczną – na okres nie krótszy niż 24 miesiące (wartość oceniana);
 - 3) na powłokę lakierniczą – na okres nie krótszy niż 24 miesiące (wartość oceniana);
 - 4) na perforację nadwozia gwarancja – na okres nie krótszy niż 24 miesiące (wartość oceniana);
 - 5) na wyposażenie medyczne np. nosze i transporter – na okres nie krótszy niż 24 miesiące (wartość oceniana),
6. Wykonawca udzieli gwarancji bez limitu kilometrów na układ klimatyzacji na okres 24 miesiące licząc od dnia podpisania pozytywnego protokołu odbioru.

7. Wykonawca przy dostawie przedmiotu zamówienia dostarczy Zamawiającemu w języku polskim wszystkie dokumenty konieczne do użytkowania, w szczególności:
 - 1) instrukcje obsługi, w tym instrukcję obsługi do wszystkich elementów zabudowy specjalistycznej na zewnątrz i wewnątrz pojazdu;
 - 2) warunki gwarancji (książki, karty, paszporty techniczne);
 - 3) wykaz materiałów zużywalnych wykorzystywanych w bieżącej eksploatacji ambulansu;
 - 4) informacje o warunkach serwisu w okresie pogwarancyjnym;
 - 5) wymagane obowiązującymi przepisami:
 - a) Świadectwo homologacji ambulansu;
 - b) Kartę pojazdu
 - c) Książkę serwisową
 - d) Atesty (*o, ile dotyczy*)
 - e) inne niezbędne świadectwa i certyfikaty zgodności z normami PN-EN 1789+A2 i PN-EN 1865-1+A1;
8. Jeżeli w SIWZ (lub załącznikach do SIWZ) zostało wskazane pochodzenie materiałów (marka, znak towarowy, producent, dostawca, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkt lub usługę) lub przedmiot zamówienia został opisany poprzez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych należy przyjąć, iż w takim przypadku towarzyszy im zwrot „*lub równoważne*”, a Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych opisywanym pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w SIWZ. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek udowodnienia, iż zaoferowane produkty, są równoważne i spełniają wymagania opisane w SIWZ.
9. Klasyfikacja wg kodu CPV: 34114121-3
10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
11. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art.67 ust.1 pkt 7 uPzp.
12. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, zastosowania dynamicznego systemu zakupów, zastosowania aukcji elektronicznej.
13. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej.
14. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a i 4 uPzp.
15. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu z wyjątkiem sytuacji, o której mowa w art. 93 ust. 4 uPzp.
16. Zamawiający na podstawie wykładni art. 24aa uPzp, dokona oceny ofert w oparciu o kryteria, o których mowa w rozdziale XII, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza w rankingu, nie podlega wykluczeniu.

III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia do 90 dni kalendarzowych, licząc od dnia podpisania umowy.

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i dodatkowo na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp oraz spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:

Lp.	Warunek udziału w postępowaniu
1.	Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie
2.	Sytuacja ekonomiczna lub finansowa Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada rachunek w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo - kredytowej albo zdolność kredytową na kwotę min. 600 000,00 PLN, które umożliwią mu poniesienie kosztów realizacji zamówienia do czasu otrzymania wynagrodzenia od Zamawiającego;
3.	Zdolność techniczna lub zawodowa Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 2 (dwie) dostawy ambulansów o wartości co najmniej 600 000,00 zł brutto PLN każda;

2. Zamawiający dokona oceny, czy Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu na podstawie złożonego przez Wykonawcę wraz z ofertą aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składane na podstawie art. 25a ust. 1 uPzp, składa każdy z Wykonawców ubiegających się o zamówienie.
4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w odniesieniu do całości zamówienia lub jego części polegać na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, na zasadach określonych w art. 22a uPzp.
5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów przedstawia w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 uPzp.
6. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami

tych podmiotów, przedstawiając Zamawiającemu dokumenty, które określają zakres dostępnych zasobów innego podmiotu, sposób wykorzystania tych zasobów przy wykonywaniu zamówienia oraz zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. Zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy na zasoby, którego Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 odbywa się zgodnie z art. 36b ust. 2 uPzp.

7. Oświadczenia dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a uPzp oraz dotyczące podwykonawców składane są w oryginale.

V. WYKAZ WYMAGANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJA DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. Dla wstępnego potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, Wykonawcy do oferty winni przedłożyć następujące dokumenty:

Lp.	Wymagany dokument
1.1	<p>Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.</p> <p>Uwaga:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ <i>Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ;</i> ➤ <i>Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.</i>

2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 uPzp, przekaze Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp.

Lp.	Wymagany dokument
2.1.	Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w formie oryginału.

<p>Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców oświadczenie składa każdy z Wykonawców).</p> <p>Uwaga: Zamawiający uzna zachowanie terminu 3 dni w przypadku przesłania informacji, o której mowa powyżej w formie skanu drogą elektroniczną pod warunkiem niezwłocznego przesłania oryginału dokumentu do Zamawiającego.</p>

3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona w rankingu ofert, do złożenia w wyznaczonym, **nie krótszym, niż 5 dni** terminie aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów:

Lp.	Wymagany dokument
3.1.	<p>W celu potwierdzenia sytuacji ekonomicznej lub finansowej:</p> <p>informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert;</p>
3.2.	<p>W celu potwierdzenia zdolności technicznej lub zawodowej:</p> <p>wykaz dostaw zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, wraz z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.</p>
3.3.	<p>odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia, na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 uPzp</p> <p>Uwaga: w przypadku Wykonawców krajowych Zamawiający samodzielnie pobierze w/w dokumenty z ogólnodostępnych baz danych</p>
3.4.	Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 3.3 powyżej, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby - wystawiony nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Pouczenie:

Zgodnie z wykładnią art. 297 § 1 Kodeksu Karnego: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (...) zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (...) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5

4. Zgodnie z art. 26 ust. 3 i 3a uPzp, jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt. 1.1 niniejszego rozdziału, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 uPzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba, że mimo ich złożenia, oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

5. Forma dokumentów:

- 1) Dokumenty i oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
- 2) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
- 3) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w rozporządzeniu, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

4) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

6. Oferta wspólna:

- 1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika uprawnionego do złożenia oferty albo do złożenia oferty i zawarcia umowy z Zamawiającym (stosowne dokumenty należy załączyć do oferty); pełnomocnictwo należy załączyć w oryginale lub notarialnie poświadczonym odpisie.
- 2) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, (Załącznik nr 2 do SIWZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia oraz na wezwanie Zamawiającego złoży odnoszące się do niego dokumenty wymienione w rozdziale V SIWZ.
- 3) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia prowadzone będą wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik.
- 4) Jeżeli oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego zostanie wybrana, Zamawiający przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, może zażądać umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

VI. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale V niniejszej SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania, o którym mowa w art. 26 ust. 3 uPzp), dla których przewidziana jest wyłącznie forma pisemna.
2. Pytania odnośnie zapisów SIWZ, sposobu złożenia oferty oraz realizacji zamówienia należy przesłać na adres e-mail: zp@pogotowie-ratunkowe.pl
3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później, niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później, niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
4. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosków lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia.
5. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ.

6. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 38 ust. 2 uPzp treść zapytań wraz z wyjaśnieniami (bez ujawnienia źródła zapytania) zamieści na stronie internetowej Zamawiającego. Tym samym wszelkie informacje przekazywane Wykonawcom stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców biorących udział w ww. postępowaniu. Wykonawca jest zobowiązany złożyć ofertę uwzględniającą wszelkie zmiany i wyjaśnienia zawarte w Informacjach dla Wykonawców.
7. Osobami do kontaktu z Wykonawcami są:
Marzena Paszulewicz – Kierownik Działu Zamówień Publicznych
Joanna Karpińska – Inspektor ds. Zamówień Publicznych
8. Adres do korespondencji listowej:
Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu – Sekretariat
ul. Ziębicka 34-38, 50-507 Wrocław
z dopiskiem: postępowanie nr ZP/PR/21/2020
9. Zamawiający informuje, że przepisy uPzp nie pozwalają na jakikolwiek inny kontakt – zarówno z Zamawiającym, jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami – niż wskazany w niniejszym rozdziale SIWZ. Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub osobisty w swojej siedzibie.

VII. WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA

1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez **30 dni**. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, w uzasadnionych przypadkach, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, jednorazowego zwrócenia się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak, niż 60 dni.

IX. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Wymagania podstawowe:
 - 1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę;
 - 2) Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ;
 - 3) Oferta i wszystkie załączone oświadczenia składane przez Wykonawcę muszą być podpisane czytelnie lub opatrzone dodatkowo pieczętkami imiennymi przez osoby zdolne do czynności prawnych w imieniu Wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych,

w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Oznacza to, że jeżeli z dokumentu(-ów) określającego(-ych) status prawny Wykonawcy(-ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, że do reprezentowania Wykonawcy(-ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby;

- 4) Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawcy, zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty oraz podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli pełnomocnictwo takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej), to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza, kopię pełnomocnictwa wystawionego na reprezentanta Wykonawcy przez osoby do tego umocowane;
- 5) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 uPzp.

2. Forma oferty:

- 1) oferta sporządzona zostanie czytelnie w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności;
- 2) Formularz Ofertowy – Załącznik nr 1 do SIWZ napisany będzie na komputerze lub w inny sposób trwały oraz podpisany przez osobę(-y) uprawnioną(-e) na podstawie odrębnych przepisów do składania oświadczeń woli – reprezentowania firmy na zewnątrz;
- 3) zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane. Powyższe zalecenie ma charakter porządkowy;
- 4) wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści muszą być parafowane przez osobę(-y) podpisującą(-e) ofertę;
- 5) poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

3. Zawartość oferty

Oferta musi się składać z:

- 1) **Formularza Ofertowego Wykonawcy – załącznik nr 1 do SIWZ;**
- 2) **Oświadczenia Wykonawcy dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2 do SIWZ;**
- 3) **Tabela minimalnych wymagań techniczno - użytkowych ambulansu – załączniki nr 4 do SIWZ;**
- 4) **Pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy).**

Ofertę należy umieścić w nieprzeźroczystym, trwale zamkniętym opakowaniu oznaczonym:

- nazwą i adresem Wykonawcy;

- nazwą i adresem Zamawiającego oraz adnotacją:

ZP/PR/21/2020

„Dostawa ambulansu bariatrycznego”

Nie otwierać przed dniem r., godz.

4. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji:
 - 1) Oferty są jawne od chwili ich otwarcia.
 - 2) Zamawiający nie ujawnia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity, Dz. U. z 2019 r. poz. 1010), jeżeli Wykonawca nie później, niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępnione oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 uPzp, tj.: m. in.: nazwy i adresu, informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności.
 - 3) W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia odpowiedniego punktu druku formularza ofertowego. Zastrzeżone informacje winny być odpowiednio oznaczone na właściwym dokumencie widocznym napisem: „*tajemnica przedsiębiorstwa*” i złożone w odrębnej kopercie wewnętrznej, a na ich miejscu w dokumentacji należy zamieścić stosowne odsyłacze. Ponadto Wykonawca dołącza do oferty wyjaśnienie, w którym wykazuje, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

X. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć do dnia **12.08.2020 r. do godz. 10.00** w Sekretariacie Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu, ul. Ziębicka 34-38, 50-507 Wrocław.
2. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu **12.08.2020 r. o godz. 12.30** w siedzibie Zamawiającego, ul. Ziębicka 34-38, 50-507 Wrocław, sala konferencyjna, 3 piętro.
3. W części jawnej, przy udziale osób zainteresowanych, nastąpi:
 - podanie przez Zamawiającego kwoty brutto, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
 - zbadanie nienaruszalności ofert;
 - otwarcie ofert w kolejności ich złożenia;
 - ogłoszenie nazwy i adresu firmy, której oferta jest otwierana oraz ceny ofertowej.
4. Niezwłocznie po otwarciu ofert, Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:

- 1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
 - 2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
 - 3) ceny ofertowej.
5. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 96 ust. 3 uPzp oferty składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli wykonawca zastrzegł nie później, niż w terminie składania ofert, że nie mogą one być udostępniane.

XI. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTOWEJ

1. Cena ofertowa obejmuje cały przedmiot zamówienia ze wszystkimi kosztami wynikającymi z niniejszej SIWZ, załączników i ewentualnych informacji dla Wykonawców, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej realizacji przedmiotu zamówienia, w tym uwzględniając transport do siedziby Zamawiającego i rozładunek asortymentu.
2. Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i określenia wartości we wszystkich pozycjach występujących w formularzu ofertowym. Brak wypełnienia i określenia wartości w pozycji spowoduje odrzucenie oferty.
3. Cenę ofertową należy podać w polskich złotych (PLN) z należnym podatkiem VAT, z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku. Cena ofertowa brutto musi wynikać z kalkulacji cenowej zawartej w załączniku nr 3 do SIWZ.
UWAGA: Zaokrąglenia cen w złotych należy dokonać do dwóch miejsc po przecinku według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest niższa od 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.
4. W sytuacji, gdy w postępowaniu o zamówienie publiczne biorą udział podmioty zagraniczne, które na podstawie odrębnych przepisów nie są zobowiązane do uiszczenia podatku VAT na terenie Polski, oferty sporządzone przez takich Wykonawców nie zawierają stawki podatku VAT. Obowiązek podatkowy w sytuacji nabywania towarów lub usług od podmiotów zagranicznych, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług spoczywa wówczas na Zamawiającym. Dokonując czynności oceny oferty w zakresie kryterium ceny, Zamawiający dla porównania tych ofert doliczy do ceny ofertowej podmiotów zagranicznych, kwotę należnego podatku VAT oraz cła (jeśli dotyczy – Wykonawcy spoza Unii Europejskiej), które obciążają Zamawiającego z tytułu realizacji umowy.
5. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ.
6. Podane ceny jednostkowe zamieszczone w formularzu wyceny będą niezmiennie przez cały okres obowiązywania umowy na realizację przedmiotowego zamówienia.

7. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć fakturę, która zawierała będzie: nazwę handlową/własną zgodną z Formularzem ofertowym, stanowiącym załącznik do umowy przetargowej.
8. Rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia z Wykonawcami będą prowadzone w PLN.
9. Zgodnie z art. 91 ust. 3a uPzp, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego (jeśli dotyczy), czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
10. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego, co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu.

XII. KRYTERIUM OCENY OFERT

1. Zamawiający, na podstawie wykładni art. 24aa uPzp, dokona oceny ofert w oparciu o kryteria, o których mowa poniżej, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

L.p.	Opis kryteriów oceny ofert	Znaczenie (%)
1	Cena (C)	60 %
2	Oferowany okres gwarancji (OG) na dostarczony ambulans z uwzględnieniem podziału, o którym mowa w Rozdziale II ust. 5 pkt. 2 ÷ 5 - zgodnie ze wskazaniem Wykonawcy w ofercie	20 %
3	Ocena techniczna (OT) - zgodnie ze wskazaniem Wykonawcy w tabeli minimalnych wymagań techniczno - użytkowych ambulansu	20 %
RAZEM		100 %

3. Sposób obliczenia wartości punktowej:

Kryterium: Cena oferty brutto - 60 pkt. Punkty w niniejszym kryterium oceny ofert zostaną przyznane według następującego wzoru:

$$C = \frac{C_{\min}}{C_b} \times 60 \% \times 100$$

gdzie:

C - liczba punktów w kryterium cena oferty brutto

C min - najniższa cena ofertowa spośród zaoferowanych

Cb - cena ofertowa ocenianej oferty

Kryterium: Oferowany okres gwarancji – 20 pkt. Punkty w niniejszym kryterium oceny ofert zostaną przyznane według następującego wzoru:

$$OG = \frac{OG_{\text{bad. oferty}}}{OG_{\text{max}}} \times 20 \% \times 100$$

gdzie:

OG max – najdłuższy oferowany okres gwarancji spośród ofert nie odrzuconych

OG bad. oferty – oferowany okres gwarancji ocenianej oferty

Metodologia przyznawania punktacji w kryterium **Oferowany okres gwarancji** z podziałem na podkryteria:

- 1) podkryterium gwarancja na zabudowę medyczną – na okres nie krótszy niż 24 miesiące; punkty w niniejszym podkryterium oceny ofert zostaną przyznane według następującego wzoru:

$$OG(1) = \frac{OG_{\text{na zabudowę medyczną bad. oferty (liczba miesięcy)}}}{OG_{\text{na zabudowę medyczną max zaoferowana wartość spośród ofert nie odrzuconych (liczba miesięcy)}} \times 5 \% \times 100$$

- 2) podkryterium gwarancja na powłokę lakierniczą – na okres nie krótszy niż 24 miesiące; punkty w niniejszym podkryterium oceny ofert zostaną przyznane według następującego wzoru:

$$OG(2) = \frac{OG_{\text{na powłokę lakierniczą bad. oferty (liczba miesięcy)}}}{OG_{\text{na powłokę lakierniczą max zaoferowana wartość spośród ofert nie odrzuconych (liczba miesięcy)}} \times 5 \% \times 100$$

- 3) podkryterium gwarancja na perforację nadwozia – na okres nie krótszy niż 24 miesiące;
punkty w niniejszym podkryterium oceny ofert zostaną przyznane według następującego wzoru:

$$OG(3) = \frac{OG_{\text{na perforację nadwozia bad. oferty (liczba miesięcy)}}}{OG_{\text{na perforację nadwozia max. zaoferowana wartość spośród ofert nie odrzuconych (liczba miesięcy)}} \times 5\% \times 100$$

- 4) podkryterium gwarancja na wyposażenie medyczne np. nosze i transporter – na okres nie krótszy niż 24 miesiące;
punkty w niniejszym podkryterium oceny ofert zostaną przyznane według następującego wzoru:

$$OG(4) = \frac{OG_{\text{na wyposażenie medyczne bad. oferty (liczba miesięcy)}}}{OG_{\text{na wyposażenie medyczne max. zaoferowana wartość spośród ofert nie odrzuconych (liczba miesięcy)}} \times 5\% \times 100$$

Suma punktów uzyskanych w poszczególnych podkryteriach traktowana będzie jako wartość Okresu gwarancji i liczona wg wzoru.:

$$OG = \frac{OG_{\text{bad. oferty (liczba uzyskanych punktów)}}}{OG_{\text{max. zaoferowana wartość spośród ofert nie odrzuconych (liczba uzyskanych punktów)}} \times 20\% \times 100$$

gdzie:

OG_{max} – najwyższa ilość punktów zdobyta w podkryteriach za oferowane okresy gwarancji spośród ofert nie odrzuconych

$OG_{\text{bad. oferty}}$ – punkty zdobyte w podkryteriach za oferowane okresy gwarancji ocenianej oferty

Kryterium: Ocena techniczna – 20 pkt. Punkty w niniejszym kryterium oceny ofert zostaną przyznane według następującego wzoru:

$$OT = \frac{OT_{\text{bad. oferty}}}{OT_{\text{max}}} \times 20\% \times 100$$

gdzie:

OT_{max} – maksymalna suma punktów z kolumny nr 3 tabeli minimalnych wymagań techniczno - użytkowych możliwa do uzyskania wynosi: 45 pkt

$OT_{\text{bad. oferty}}$ – suma punktów uzyskana przez ofertę badaną

Ocenie technicznej będą podlegały następujące parametry:

- 1) fabryczny system wspomaganie domykania drzwi bocznych prawych (1.16.)
- 2) fabryczny system wspomaganie domykania drzwi bocznych lewych (1.17)
- 3) asystent martwego punktu (1.23)
- 4) system ostrzegający o możliwości kolizji (1.24)
- 5) skrzynia biegów automatyczna (3.1)
- 6) możliwość przesuwu przód – tył miejsca siedzącego na prawej stronie (9.3)
- 7) otwierany szyberdach pełniący funkcję wyjścia ewakuacyjnego (9.18)
- 8) sygnalizacja pneumatyczna (10.5)
- 9) sufitowy punkt poboru tlenu zakończony króćcem do podłączenia maski tlenowej z regulacją ilości przepływu tlenu (13.1)

Ostateczna ocena oferty będzie wyliczana według wzoru: $O = C + OG + OT$

gdzie:

O – ostateczna ocena oferty,

C – wartość punktowa uzyskana w kryterium „cena”

OG - wartość punktowa uzyskana w kryterium „oferowany okres gwarancji”

OT – wartość punktowa uzyskana w kryterium „ocena techniczna

4. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
5. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych, niż zaoferowane w złożonych ofertach.
6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w niniejszej SIWZ i ustawie Pzp i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria oceny ofert, tj. uzyska największą liczbę punktów.
7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert w szczególności, jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.
8. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, w szczególności, jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.

XIII. POPRAWIANIE OCZYWISTYCH OMYŁEK W TREŚCI OFERTY

Zamawiający poprawi w tekście oferty:

- 1) oczywiste omyłki pisarskie;
 - 2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;
 - 3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty;
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

XIV. WYBÓR OFERTY I PODPISANIE UMOWY

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:
 - 1) odpowiada wszystkim wymaganiom ustawy Pzp;
 - 2) spełnia wszystkie warunki określone w SIWZ;
 - 3) uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryterium wyboru.
2. Po wyborze oferty, Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o treści przewidzianej w art. 92 ust. 1 uPzp.
3. Zamawiający udostępni na stronie internetowej informacje, o których mowa w art. 92 ust. 2 uPzp.
4. Przed podpisaniem umowy Zamawiający może żądać przedstawienia umowy regulującej współpracę Partnerów przy realizacji przedmiotowego zamówienia, w przypadku, gdy za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta złożona przez Partnerów ubiegających się wspólnie o udzielenie niniejszego zamówienia (art. 23 ustawy Pzp).
5. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym, niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
6. Wybrany Wykonawca zostanie wezwany przez Zamawiającego do podpisania umowy zgodnej ze wzorem umowy załączonym do SIWZ.
7. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez dokonywania ich ponownej oceny chyba, że wystąpią przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 uPzp.
8. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostanie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nie później, niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy.

XV. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Nie wymaga się wniesienia należytego zabezpieczenia umowy.

XVI. WZÓR UMOWY

Zamawiający zamieścił projekt umowy, który określa warunki umowne realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego.

XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP.

FORMULARZ OFERTOWY

Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu
ul. Ziębicka 34-38, 50-507 Wrocław

do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na dostawę pn.:

„Dostawa ambulansu bariatrycznego”

A. DANE WYKONAWCY:

Nazwa Wykonawcy: (Pełnomocnika w przypadku Konsorcjum)

.....
.....

Siedziba Wykonawcy:

.....

Adres do korespondencji (jeżeli inny, niż adres siedziby):

.....

NIP: REGON:

numer wpisu do KRS

Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym (tel., e-mail):

.....

Osoba odpowiedzialna za realizację umowy ze strony Wykonawcy (tel., e-mail):

.....

Nr rachunku bankowego na który należy przekazać wynagrodzenie w przypadku wybrania oferty

[.....] prowadzony przez bank [.....]

Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem? *)

.....

- *Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej, niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.*
- *Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej, niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.*
- *Średnie przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które nie jest mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudnia mniej, niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.*

*) wybrać odpowiednio z listy powyżej

B. ŁĄCZNA CENA OFERTOWA

Niniejszym oferuję realizację przedmiotu zamówienia za łączną cenę ofertową:

<p><u>cena ofertowa brutto</u> zł w tym netto: zł oraz VAT: zł</p>
--

Wskazuję następujące okresy gwarancji:

- 1) na pojazd bazowy – na okres **24 miesięcy**;
- 2) na zabudowę medyczną – na okres nie krótszy niż miesiące/-cy;
- 3) na powłokę lakierniczą – na okres nie krótszy niż miesiące/-cy;
- 4) na perforację nadwozia gwarancja – na okres nie krótszy niż miesiące/-cy;
- 5) na wyposażenie medyczne np. nosze i transporter – na okres nie krótszy niż miesiące/-cy;

C. OŚWIADCZENIA:

- 1) Zamówienie zostanie zrealizowane w terminach określonych w SIWZ oraz ze wzorze umowy;
- 2) W cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia;
- 3) Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz wzorem umowy i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte;
- 4) Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres **30 dni** licząc od dnia otwarcia ofert;
- 5) Akceptujemy, iż zapłata za zrealizowanie zamówienia nastąpi po realizacji przedmiotu umowy na zasadach opisanych we wzorze umowy.

D. PODWYKONAWCY (wypełnić, jeżeli dotyczy)*

Następujące części zamówienia podzlecimy podwykonawcom:

- 1.....
- 2.....

* Niewypełnienia oznacza wykonanie przedmiotu zamówienia bez udziału podwykonawców.

E. TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA

KORZYSTAJĄC z uprawnienia nadanego treścią art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień z dnia 29.01.2004 r. publicznych **zastrzegamy, że informacje:**

.....

 (wymienić czego dotyczy)

zawarte są w następujących dokumentach:.....

i stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, zgodnie z definicją zawartą w treści art. 11 ust. 4 ustawy z 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z Dz. U. z 2019 r. poz. 1010), i nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania.

UZASADNIENIE:

Jednocześnie wykazujemy, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa ponieważ:.....

Wykonawca informację, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, wykazuje powyżej lub w osobnym załączniku w Ofercie.

F. SPIS TREŚCI:

Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)

Oferta została złożona na kolejno ponumerowanych stronach.

....., dnia r.

(miejsce)

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU

ORAZ O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: uPzp)

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na dostawę pn.:

„Dostawa ambulansu bariatrycznego”

/w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia/

Nazwa i adres Wykonawcy:

.....
.....
.....

I. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

składane na podstawie art. 25a ust. 1 uPzp – dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

- 1) Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 uPzp.
- 2) Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 uPzp w zakresie określonym w SIWZ.
- 3) Oświadczam (*jeśli dotyczy*), że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. uPzp (*podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 uPzp*).

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

.....
.....

4) OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA *:

Oświadczam (*jeśli dotyczy*), że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.:

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, nr wpisu KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

* wypełnić, jeżeli dotyczy

II. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**1. składane na podstawie art. 25a ust. 1 uPzp - informacja dotycząca wykonawcy:**

Oświadczam, że spełniam samodzielnie warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w niniejszym SIWZ

2. składane na podstawie art. 25a ust. 3 pkt 2 uPzp informacja w związku z poleganiem na zasobach innych podmiotów (wypełnić, jeżeli dotyczy): *

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w niniejszym SIWZ, polegam na zasobach następującego/-ych podmiotu/ów:

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, nr wpisu KRS/CEiDG)

.....

w następującym zakresie:

(wypełnić, których dostaw dotyczy)

III. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCÓW * składane na podstawie art. 25a ust. 5 pkt 2 uPzp – dotyczące podwykonawcy niebędącego podmiotem, na którego zasoby powołuje się wykonawca

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami:

.....

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, nr wpisu KRS/CEiDG),
 będą wykonywały zamówienie w zakresie:

.....

* wypełnić, jeżeli dotyczy

IV. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE POWYŻSZYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

....., dnia r.

(miejscowość)

.....

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Tabela minimalnych wymagań techniczno - użytkowych ambulansu

Producent

Model oferowanego pojazdu

Rok produkcji pojazdu bazowego

DMC zaoferowanego ambulansu

Lp.	Wymagane parametry	TAK/NIE* (określić)	Oferowane parametry (opisać)
1	2	3	4
1.	NADWOZIE	-----	-----
1.1	<p>Typu "furgon" DMC tzn. masa gotowego ambulansu w pełni wyposażonego w sprzęt medyczny dla ambulansu typu C zgodnie z aktualną normą PN-EN 1789 + A2. Dodatkowo wyposażonego w materac próżniowy, urządzenie do ucisku klatki piersiowej (tzw. masażer), wyposażenie systemu SWD tj.: uchwyt na tabletki, tabletki, drukarka, dwie dodatkowe małe butle tlenowe (<i>przyjmując, że w standardowym wyposażeniu ambulansu znajdują się dwie duże butle tlenowe oraz jedna mała</i>) oraz kierowcę i komplet pasażerów w tym pacjenta - nie może przekraczać dopuszczalnej masy całkowitej ambulansu określonej w homologacji.</p> <p>Oznacza to, że dostarczony ambulans musi posiadać tzw. rezerwę masową pomiędzy DMC ambulansu a jego masą własną (<i>określoną zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym</i>)</p> <p>Przez masę własną rozumie się – masę pojazdu z jego normalnym wyposażeniem, paliwem, olejami, smarami i cieczami w ilościach nominalnych, bez kierującego;</p> <p>Za normalne wyposażenie Zamawiający uznaje: wszystkie elementy zamontowane przez Dostawcę wraz z elementami dodatkowymi fabrycznymi pojazdu - bez noszy i transportera (masa noszy wraz z transporterem uwzględniona jest w rezerwie masowej wyposażenia dla ambulansu typu „C” Pojazd dostosowany do ruchu prawostronnego.</p>	proszę określić TAK/NIE	Brak systemu ograniczającego prędkość pojazdu w chwili dostarczenia ambulansu do Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu
1.2	Przystosowany do przewozu 4 osób (z kierowcą) w pozycji siedzącej + 1 osoba w pozycji leżącej na noszach.		
1.3	Kabina kierowcy dwuosobowa zapewniająca miejsce pracy kierowcy zgodnie z aktualną wersją normy PN-EN 1789 + A2, wyposażona w dwa pojedyncze fotele z zagłówkami, z czego fotel		

	kierowcy z regulacją w min. 3 płaszczyznach, fotele kierowcy wyposażony w podłokietnik, wyposażone w bezwładnościowe trzypunktowe pasy bezpieczeństwa.		
1.4	Dla kierowcy i pasażera w kabinie kierowcy dywaniki gumowe zapobiegające zbieraniu się wody na podłodze.		
1.5	Poduszki powietrzne przednie i boczne dla kierowcy i pasażera.		
1.6	Lusterka zewnętrzne podgrzewane, sterowane elektrycznie		
1.7	Szyby boczne w kabinie kierowcy otwierane elektrycznie		
1.8	Światła do jazdy dziennej, spełniające wymagania ustawy Prawo o Ruchu Drogowym		
1.9	Sygnalizacja dźwiękowa lub optyczna w kabinie kierowcy - o niedomknięciu którychkolwiek drzwi		
1.10	Kamera cofania z wyświetlaczem w formie lusterka wstecznego w kabinie kierowcy lub wbudowanym w konsolę przednią wyświetlaczem. Zestaw czujników cofania z tyłu pojazdu z akustyczną sygnalizacją ostrzegawczą dla kierowcy podczas zbliżania się do przeszkody podczas wykonywania manewru cofania.		
1.11	Wysokość przedziału medycznego min. 1,80 m		<i>podać wysokość przedziału medycznego</i>
1.12	Długość przedziału medycznego min. 3,25 m		<i>podać dł. przedziału medycznego</i>
1.13	Szerokość przedziału medycznego min. 1,70 m		<i>podać szerokość przedziału medycznego</i>
1.14	Drzwi tylne wysokie, dwuskrzydłowe, przeszklone, otwierane na boki do kąta min. 270°, wyposażone w ograniczniki i blokady położenia skrzydeł, oraz w światła awaryjne włączające się automatycznie przy otwarciu drzwi.		
1.15	Dodatkowe wzmocnione uchwyty przy drzwiach tylnych i bocznych ułatwiające wsiadanie do ambulansu przystosowane do pacjenta bariatrycznego		
1.16	Drzwi boczne przesuwne prawe do przedziału medycznego z elektrycznym fabrycznym systemem wspomaganie ich domykania (fabryczny tj. będący oryginalnym wyposażeniem pojazdu bazowego). Wejście ze stopniem obrotowym, z możliwością ręcznego sterowania stopniem lub stopniem automatycznie wysuwany po otwarciu drzwi lub fabrycznym stopniem ułatwiającym wejście do przedziału medycznego. Uwaga: Fabryczny system wspomaganie domykania – parametr punktowany (niewymagany)	TAK - 5 pkt NIE – 0 pkt	
1.17	Drzwi boczne przesuwne lewe do zewnętrznego schowka z elektrycznym fabrycznym systemem wspomaganie ich domykania (fabryczny tj. będący oryginalnym wyposażeniem pojazdu bazowego), Uwaga: Fabryczny system wspomaganie domykania – parametr punktowany	TAK - 5 pkt NIE – 0 pkt	

	(niewymagany)		
1.18	Stopień drzwi tylnych antypoślizgowy pełniący jednocześnie funkcję zderzaka		
1.19	Lakier w kolorze żółtym.		
1.20	Okna w kabinie sanitarnej pokryte w 2/3 wysokości folią półprzeźroczystą lub zmatowione. Okno boczne drzwi przesuwanych z możliwością przesuwania szyby.		
1.21	Zewnętrzny schowek za lewymi drzwiami przesuwnymi (oddzielony od przedziału medycznego i dostępny z zewnątrz pojazdu), z miejscem mocowania min. 2 szt. butli tlenowych 10 l, min. 2 rezerwowych małych butli tlenowych, trzech kasków, różnych modeli krzesełek kardiologicznych, noszy podbierakowych, materaca próżniowego, deski ortopedycznej dla dorosłych, urządzenia do kompresji klatki piersiowej (tzw. masażer). Miejsce mocowania deski ortopedycznej musi umożliwiać mocowanie różnych modeli deski. Min. 2 półki mogące pomieścić plecak/torbę ratowniczą. – <i>Zamawiający dopuszcza miejsce montażu rezerwowych butli tlenowych w łatwo dostępnym miejscu w przedziale medycznym, na lewej oraz na prawej ścianie w tylnej części.</i>		
1.22	Centralny zamek wszystkich drzwi (łącznie z drzwiami do zewnętrznego schowka) z autoalarmem, sterowany pilotem.		
1.23	Asystent martwego punktu pomagający unikać wypadków (rozpoznaje pojazdy w martwym punkcie i ostrzega kierowcę sygnałami wizualnymi i dźwiękowymi) Uwaga: Asystent martwego punktu – parametr punktowany (niewymagany)	TAK - 5 pkt NIE – 0 pkt	
1.24	System ostrzegający o możliwości kolizji (wizualnie i dźwiękowo ostrzega o zbyt małym odstępnie od innego pojazdu lub przeszkody i za pomocą systemu wspomaganie nagłego hamowania wspomaga kierowcę w gwałtownym hamowaniu) Uwaga: System ostrzegający o możliwości kolizji – parametr punktowany (niewymagany)	TAK - 5 pkt NIE – 0 pkt	
1.25	Oznakowanie pojazdu: a) pas odblaskowy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2010 r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego; b) pas odblaskowy z folii typu 3 barwy czerwonej, umieszczony w obszarze pomiędzy linią okien i nadkoli; c) pas odblaskowy z folii typu 1 lub 3 barwy czerwonej umieszczony wokół dachu d) pas odblaskowy z folii typu 1 lub 3 barwy niebieskiej umieszczony bezpośrednio nad		

	pasem czerwonym (o, którym mowa w lit. a)		
1.26	Napis lustrzany "AMBULANS" barwy czerwonej z przodu pojazdu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2010 r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego		
1.27	Napis "AMBULANS" barwy czerwonej z tyłu pojazdu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2010 r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego		
1.28	Wzór graficzny systemu "PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE" z tyłu, na dachu i po bokach pojazdu o średnicy 50cm; -zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2010 r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego		
1.29	Oznaczenie Zespołu Ratownictwa Medycznego „S” po obu stronach pojazdu oraz na drzwiach tylnych -zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2010 r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego		
1.30	Nazwa dysponenta jednostki: POGOTOWIE RATUNKOWE WE WROCŁAWIU – po obu stronach pojazdu, oraz na drzwiach tylnych (wielkości liter do uzgodnienia po podpisaniu umowy)		
1.31	Dwie gaśnice zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia wraz z uchwytem mocującym – jedna w kabinie kierowcy, a jedna w przedziale pacjenta.		
2.	SILNIK	-----	-----
2.1	Turbodiesel spełniający wymogi normy spalin EURO V+ , EURO 6		
2.2	Moc silnika minimum 125 kW , gwarantująca uzyskanie przyspieszenia określonego w pkt 4.2.1 normy PN EN 1789+A2		
3.	ZESPOŁ PRZENIESIENIA NAPĘDU	-----	-----
3.1	Skrzynia biegów automatyczna lub manualna. Uwaga: Skrzynia biegów automatyczna parametr punktowany (niewymagany)	TAK - 5 pkt NIE – 0 pkt	
3.2	Napęd na koła przednie lub tylne.		
3.3	System zapobiegający poślizgowi kół w trakcie ruszania		

3.4	Elektroniczny układ stabilizujący tor jazdy		
4.	ZAWIESZENIE	-----	-----
4.1	Gwarantujące dobrą przyczepność kół do nawierzchni, stabilność i manewrowość w trudnym terenie.		
5.	UKŁAD HAMULCOWY	-----	-----
5.1	Systemem ABS zapobiegający blokadzie kół podczas hamowania lub równoważny.		
5.2	System rozdziału siły hamowania.		
5.3	System zapobiegający poślizgowi kół osi napędzanej.		
5.4	System wspomagania nagłego hamowania.		
5.5	Hamulce tarczowe na obu osiach (przód i tył)		
6.	UKŁAD KIEROWNICZY	-----	-----
6.1	Ze wspomaganiem		
6.2	Regulowana kolumna kierownicy w minimum dwóch płaszczyznach		
7.	OGRZEWANIE I WENTYLACJA	-----	-----
7.1	Ogrzewanie regulowane za pomocą termostatu-takie, aby przy temperaturach na zewnątrz i wewnątrz -10°C i niższych ogrzanie wnętrza o przynajmniej 5°C nie trwało dłużej niż 15 minut. Po upływie 30 minut w przedziale dla pacjenta temperatura powinna osiągnąć co najmniej 22°C .		
7.2	Od silnika z możliwością regulacji – kabiny kierowcy i przedziału pacjenta		
7.3	Postojowe z sieci 230 V - dodatkowy, podgrzewacz przedziału pacjenta o mocy min. 1800 W - zamocowany w pozycji poziomej w taki sposób, aby wylot ogrzanego powietrza skierowany był do środka przedziału. Dodatkowe niezależne ogrzewanie przedziału pacjenta.		
7.4	Wentylator dachowy z lampą wewnętrzną zapewniający ponad 20-krotną wymianę powietrza na godzinę w przedziale medycznym		
7.5	Klimatyzacja dwuparownikowa, oddzielna dla przedziału sanitarnego i kabiny kierowcy, z niezależnymi kompresorami dla przedziału sanitarnego i kabiny kierowcy. W przedziale medycznym klimatyzacja automatyczna tj. po ustawieniu żądanej temperatury systemy chłodzące lub grzewcze automatycznie utrzymują żądaną temperaturę w przedziale medycznym.		
7.6	W przedziale medycznym wyświetlacz informujący o temperaturze w przedziale medycznym oraz temperaturze na zewnątrz pojazdu.		
8.	INSTALACJA ELEKTRYCZNA	-----	-----
8.1	Dwa akumulatory o pojemności sumarycznej min. 180 Ah - jeden do rozruchu silnika, drugi do zasilania przedziału medycznego - połączone tak, aby były doładowywane zarówno z alternatora w		

	<p>czasie pracy silnika, jak i z prostownika na postoju po podłączeniu zasilania do sieci 230V. Widoczna dla kierowcy sygnalizacja stanu naładowania akumulatorów, z ostrzeganiem o niedoładowaniu któregośkolwiek z nich. Zamawiający wymaga aby akumulator medyczny był akumulatorem żelowym lub kwasowo-ołowiowym akumulatorem bezobsługowym VRLA wykonanym w technologii AGM - o pojemności zapewniającej prawidłowe funkcjonowanie urządzeń przedziału medycznego zgodnych z PN EN 1789 +A2, porównywalnej do akumulatora kwasowego.</p>		
8.2	<p>Zasilanie zewn. 230V z zabezpieczeniem przeciwporażeniowym różnicowoprądowym oraz zabezpieczenie przed uruchomieniem silnika przy podłączonym zasilaniu zewnętrznym. Układ zapewniający zasilanie instalacji 12 V oraz skuteczne ładowanie akumulatorów - jeden prostownik o min, rzeczywistej wydajności prądowej 25A lub dwa prostowniki oddzielnie dla akumulatora rozruchowego, oddzielnie dla przedziału pacjenta - z automatycznym zabezpieczeniem przed jego awarią oraz przeładowaniem akumulatorów - w kabinie kierowcy widoczna sygnalizacja właściwego działania prostownika ładującego akumulatory na postoju.</p>		
8.3	<p>4 gniazda 230 V w przedziale pacjenta z bezpiecznikami zabezpieczającymi, w tym dwa w okolicach środkowej części przedziału medycznego na lewej ścianie oraz jedno do zasilania dodatkowego podgrzewacza elektrycznego. Jedno gniazdo z przetwornicy napięcia 12V/230V odpowiednio oznakowane innym kolorem oraz zabezpieczone przed przypadkowym użyciem osobnym wyłącznikiem napięcia.</p>		
8.4	<p>5-gniazd niskonapięciowych 12V/16A IP-34 + wtyki do tego typu gniazda 5 szt.- w przedziale medycznym do podłączenia urządzeń medycznych oraz drukarki SWD, zabezpieczone przed zabrudzeniem, wyposażone we wtyki. Dodatkowo dwa gniazda typu USB z czego jedno gniazdo do transmisji danych pomiędzy stacją dokującą tabletu a drukarką. W kabinie kierowcy minimum dwa gniazda 12 V (wtyk zapalniczki) oraz minimum jedno gniazdo USB.</p>		
8.5	<p>Przewód zasilania zewnętrznego 230V o długości co najmniej 7 m</p>		
8.6	<p>Inwertor prądu stałego 12V na zmienny 230V o mocy min. 1 000 W (prąd w „sinusie”), w trakcie jazdy pojazdu w gniazdach 230V ma być dostępne napięcie do obsługi sprzętu medycznego wymagającego zasilania 230V, z możliwością wyłączenia napięcia (wyłącznik inwertora).</p>		

8.7	Grzałka w bloku silnika (w układzie cieczy chłodzącej silnik) zasilana z sieci 230V przewodem służącym jednocześnie do ładowania akumulatorów na postoju. Z zabezpieczeniem przeciwporażeniowym różnicowoprądowym oraz zabezpieczeniem przed uruchomieniem silnika. Zamawiający wymaga aby istniała możliwość czasowego odłączenia pracy grzałki za pomocą odrębnego, oznakowanego przełącznika.		
8.8	Umieszczony w łatwo dostępnym miejscu wyłącznik, umożliwiający odłączenie akumulatora od zasadniczej instalacji elektrycznej bez użycia narzędzi		
9.	PRZEDZIAŁ PACJENTA		
9.1	Minimalne wewnętrzne wymiary przedziału pacjenta: wysokość 1,80 m, długość 3,25 m, szerokość 1,70 m (pomiędzy ścianami bocznymi)		
9.2	Izolacja termiczna ścian i sufitu przedziału medycznego oraz pawlacza nad kabiną kierowcy - <i>(jeżeli jest zamontowany)</i>		
9.3	Jedno obrotowe miejsce siedzące na prawej ścianie wyposażone w bezwładnościowe, trzypunktowe pasy bezpieczeństwa i zagłówki, ze składanym do pionu siedziskiem z możliwością przesuwu przód – tył oraz fotel u wezłowania noszy, obrotowy w zakresie min. 90 stopni, umożliwiający jazdę tyłem do kierunku jazdy, z trzypunktowym pasem bezpieczeństwa, z funkcją przesuwu przód-tył lub dwa obrotowe miejsca siedzące na prawej ścianie wyposażone w bezwładnościowe, trzypunktowe pasy bezpieczeństwa i zagłówki ze składanym do pionu siedziskiem. Uwaga: możliwość przesuwu przód – tył parametr punktowany (niewymagany)	TAK - 5 pkt NIE – 0 pkt	
9.4	Podłoga wyłożona wykładziną antypoślizgową, łatwo zmywalną połączoną szczelnie z pokryciem boków		
9.5	Ściany boczne, sufit, półki, szafki wykonane z materiału łatwo zmywalnego, odpornego na działanie środków myjąco odkażających, bez ostrych krawędzi, w kolorze białym		
9.6	Przegroda między kabiną kierowcy a przedziałem medycznym. Przegroda zapewniająca możliwość oddzielenia obu przedziałów oraz komunikację pomiędzy personelem medycznym a kierowcą przegroda ma być wyposażona w drzwi przesuwne - spełniające normę PN EN 1789 + A2.		
9.7	Schówek wewnętrzny na dodatkowe wyposażenie ortopedyczne z łatwym dostępem w każdych warunkach (unieruchomienia kończyn, miednicy, kręgosłupa, deska pediatryczna)		
9.8	Na ścianie lewej 2 rzędy szyn wraz z pięcioma panelami do mocowania uchwytów dla		

	następującego sprzętu medycznego: defibrylator, respirator, pompa infuzyjna, ładowarka, ssak. Panele mają mieć możliwość przesuwania wzdłuż osi pojazdu tj. możliwość rozmieszczenia ww. sprzętu medycznego wg uznania Zamawiającego w każdym momencie eksploatacji.		
9.9	<p>Zabudowa meblowa na ścianach bocznych (lewej i prawej):</p> <ul style="list-style-type: none"> - zestawy szafek i półek wykonanych z tworzywa sztucznego lub innego materiału , zabezpieczone przed niekontrolowanym wypadnięciem umieszczonych tam przedmiotów, z miejscem mocowania wyposażenia medycznego tj. deska pediatryczna, kamizelka typu KED, szyny Kramera, torba opatrunkowa, - półki podsufitowe z przezroczystymi szybkami i podświetleniem umożliwiającym podgląd na umieszczone tam przedmioty (na ścianie lewej co najmniej 4 szt., na ścianie prawej co najmniej 2 szt.); półki podsufitowe wyposażone w regulowane w 2 płaszczyznach przegródki, do dowolnej konfiguracji wielkości przegród. - powiększona szafka na sprzęt do udrażniania górnych dróg oddechowych (GDO). - szafka przeznaczona do przechowywania wenflonów, igieł itp. - zamykana roletą. <p>Pojemnik na cewniki do odsysania Pojemnik na rękawiczki (trzy rodzaje). Zamykany schowek zamkiem szyfrowym. Półka na dokumenty medyczne.</p> <p><i>Zamawiający dopuszcza również na zasadzie równoważności zabudowę meblową, w której miejsce mocowania desek ortopedycznych dla dorosłych i dzieci, kamizelki typu KED oraz szyn typu Kramer znajduje się w zewnętrznym schowku.</i></p> <p><i>Zamawiający dopuszcza ambulans, w którym zastosowano podsufitowe szafki wiszące z przezroczystymi frontami oraz podświetleniem, 3 na lewej ścianie oraz 2 na prawej ścianie</i></p>		
9.10	<p>Zabudowa meblowa na ścianie działowej:</p> <ul style="list-style-type: none"> - szafka z blatem roboczym wykończonym blachą nierdzewną (wysokość blatu roboczego 100 cm ± 10 cm; podać wartość oferowaną), z min. 2 szufladami, z poręczą – uchwytem, z miejscem przewożenia plecaka medycznego z możliwym dostępem z zewnątrz po otwarciu drzwi; ściany wnęki na plecak wyłożone gumą lub podobnym łatwo zmywalnym, odpornym na zarysowania materiałem. - wnęka wyposażona w 1 uchwyt dedykowany dla małej butli tlenowej - pojemnik na zużyte strzykawki i igły, pojemnik do dezynfekcji, 		

	<p>- uchwyt na ręcznik papierowy.</p> <p>Nad blatem roboczym półka do mocowania drukarki SWD zestaw gniazd: 2 gniazda USB, w tym jedno gniazdo do transmisji danych, służące do połączenia drukarki z tabletem, 1 gniazdo 12V oraz 1 gniazdo 230 V.</p> <p><i>Zamawiający dopuszcza również inne miejsce mocowania drukarki SWD pod warunkiem, że miejsce mocowania drukarki będzie łatwo dostępne i nie będzie zagrażało bezpieczeństwu osób przebywających w przedziale medycznym podczas jazdy oraz ewentualnej kolizji/wypadku drogowego, jak również nie będzie kolidowało z obsługą pozostałych urządzeń medycznych zamontowanych w ambulansie.</i></p> <p><i>Zamawiający dopuszcza szafkę z blatem roboczym wykonanym blachą ze stali kwasoodpornej w której wysokość blatu roboczego wynosi 120cm, szafka w poniższej konfiguracji:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - górna szuflada z przygotowaniem do montażu drukarki systemu SWDPRM; - dwie szuflady z systemem umożliwiającym segregację przewożonego w nich wyposażenia; - wbudowany pojemnik na zużyte igły, - wysuwany kosz na śmieci, - termobox – elektryczny ogrzewacz płynów infuzyjnych z płynną regulacją temperatury, poj. 15l; - miejsce i system mocowania plecaka ratunkowego z dostępem zarówno z zewnątrz jak i z wewnątrz przedziału medycznego 		
9.11	Podgrzewacz płynów infuzyjnych (termobox) – umożliwiający automatyczne utrzymanie temperatury płynów w nim przechowywanych na poziomie do 42 st. C, zarówno na postoju jak i w czasie ruchu ambulansu (o, każdej porze roku), temperatura oraz regulacja musi być wyświetlana w panelu sterowania. Pojemność zapewniająca możliwość przechowywania co najmniej 8 szt. flakonów o pojemności 500 ml każdy.		
9.12	Miejsce na 2 torby lekarskie lub plecaki, wraz z ich mocowaniem - zaczepy, paski do mocowania toreb, plecaków.		
9.13	Uchwyty sufitowe do płynów infuzyjnych – minimalna ilość zgodna z PN EN 1789 + A2.		
9.14	Uchwyty sufitowe dla personelu umieszczone wzdłuż noszy na całej ich długości, dodatkowo uchwyt umieszczony na wysokości przejścia pomiędzy przedziałem medycznym a kabiną kierowcy.		
9.15	Termometr wskazujący temperaturę w przedziale pacjenta wyświetlana na panelu elektronicznym		

9.16	Okna zmatowione do 2/3 wysokości.		
9.17	Urządzenie do wybijania szyb, nóż do przecinania pasów bezpieczeństwa		
9.18	Otwierany szyberdach pełniący funkcję wyjścia ewakuacyjnego o minimalnych wymiarach 80 cm x 50 cm – zamontowany zgodnie z zaleceniami producenta Parametr niewymagany – punktowany	TAK - 5 pkt NIE – 0 pkt	Do oferty dołączyć instrukcję użycia jako wyjście ewakuacyjne
9.19	Stopień drzwi bocznych antypoślizgowy, umożliwiające wsiadanie i wysiadanie		
10.	SYGNALIZACJA ŚWIETLNO – DŹWIĘKOWA I OZNAKOWANIE		-----
10.1	W przedniej części pojazdu belka świetlna typu LED wyposażona w dwa reflektory typu LED do doświetlania przedpola oraz podświetlonym napisem „AMBULANS” lub zintegrowana z nadwoziem sygnalizacja świetlna typu LED, wyposażona w dwa reflektory typu LED do oświetlania przedpola pojazdu oraz wyświetlacz LED-owy z napisem „AMBULANS”. W komorze silnika lub w pasie przednim zamontowany głośnik z sygnałem dźwiękowym modulowanym, o mocy min. 100 W z możliwością podawania komunikatów głosem. Oświetlenie ostrzegawcze typu Led – niebieskie – zamontowane w pasie przednim. Łączna ilość zamontowanych błyskowych ostrzegawczych sygnałów świetlnych – wynosi max 10 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia		
10.2	W tylnej części pojazdu zintegrowane z nadwoziem, połączone w jeden moduł niebieskie światła sygnalizacyjne typu LED Zamawiający dopuszcza również sygnalizację świetlną realizowaną lampą świetlną typu LED koloru niebieskiego.		
10.3	Lampy świateł pozycyjnych na drzwiach tylnych w pozycji “otwartej”		
10.4	Sygnalizacja dźwiękowa: elektryczna, modulowana o mocy nie mniejszej niż 100 W z możliwością przełączania rodzaju modulacji.		
10.5	Zamawiający dopuszcza również niezależny system sygnalizacji pneumatycznej przeznaczony do ciągłej pracy, działający niezależnie od sygnalizacji podstawowej. W przypadku zamontowania takiego systemu Zamawiający wymaga, aby sprężarka była zamontowana w miejscu umożliwiającym jej właściwe chłodzenie. Uwaga: Sygnalizacja pneumatyczna – parametr punktowany (niewymagany).	TAK - 5 pkt NIE – 0 pkt	
10.6	Włączanie sygnalizacji świetlno-dźwiękowej		

	realizowane przez dwa włączniki (osobny dla sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej) umieszczone w widocznym, łatwo dostępnym miejscu na desce rozdzielczej kierowcy- z sygnalizacją załączenia. Zamawiający wymaga aby włączenie sygnału dźwiękowego możliwe było dopiero po włączeniu sygnalizacji świetlnej.		
10.7	Lampy świateł awaryjnych na drzwiach tylnych działające po ich otwarciu, lampy typu LED		
10.8	Reflektory zewnętrzne typu LED, po dwa z tyłu, lewej i prawej strony, do oświetlenia miejsca akcji. Reflektory automatycznie wyłączające się po ruszeniu pojazdu i osiągnięciu prędkości 15 km/h.		
10.9	Włączanie świateł błyskowych powinno być niezależne od położenia urządzenia umożliwiającego pracę silnika oraz od włączenia sygnałów dźwiękowych		
10.10	Reflektor punktowy bez przewodowoty z ładowarką w samochodzie; barwa światła: naturalna		
11.	OŚWIETLENIE PRZEDZIAŁU PACJENTA		
11.1	Oświetlenie rozproszone typu LED w kolorze naturalnym.		
11.2	Co najmniej 4 sufitowe punkty ze światłem skupionym nad noszami, z regulacją kąta padania światła + oświetlenie punktowe blatu roboczego – typu LED		
11.3	Włączenie/wyłączenie oświetlenia (jednej lampy) po otwarciu/zamknięciu drzwi przedziału pacjenta		
12.	ŁĄCZNOŚĆ	-----	-----
12.1	Na dachu pojazdu powinny być zainstalowane dwie różne anteny. Zainstalować na dachu pojazdu możliwie blisko osi podłużnej dachu, we wzajemnej odległości od siebie i innych instalowanych tam urządzeń (np. lamp błyskowych itp.) nie mniejszej niż 40 cm oraz doprowadzić do miejsca instalacji radiotelefonu w kabinie, okablowanie z zapasem 50 cm: 1) antenę typu 3089/1 lub zgodną do radiotelefonu cyfrowo-analogowego, pracującego w paśmie 160 MHz, 2) antenę GPS-u Instalacja okablowania oraz samych anten powinna być wykonana w taki sposób, aby wymiana anten i ich okablowania nie wymuszała odkręcania, rozbierania elementów tapicerki wewnętrznej, podsufitki, itp.		
12.2	Miejsce instalacji radiotelefonu w typowej kieszeni: 1) radiotelefonu cyfrowo-analogowego (DMR) pasma 136-174 MHz, 400-470MHz – do uzgodnienia z Zamawiającym (po podpisaniu umowy). Sposób instalacji oraz wybrane miejsce umieszczenia radiotelefonu powinny spełniać niżej wymienione warunki:		

	<p>- umożliwić kontakt manualny, wizualny i audio, członkom załogi karetki z miejsca kierowcy jak i pasażera,</p> <p>- posiadać doprowadzone dwa okablowania anten z 50 cm zapasem tego okablowania,</p> <p>- posiadać doprowadzone zasilanie 12 V bezpośrednio z akumulatora pojazdu z zabezpieczeniem:</p> <p>2) 15A dla radiotelefonu cyfrowo-analogowego (możliwość wymiany bezpieczników na bezpieczniki o innych parametrach przez serwis techniczny w bezinwazyjny sposób)</p> <p>Z miejsca instalacji radiotelefonu (z 50 cm zapasem) odprowadzić okablowanie przewodem 2 x 1,5 mm² Cu do ściany tylnej kabiny kierowcy (górną część tej ściany, strona przedziału medycznego). W przedziale medycznym zakończyć to okablowanie zainstalowanym do tego celu głośnikiem o parametrach: 7,5W/8Ω z możliwością wyciszenia głośnika.</p> <p>Kable instalacji antenowej należy zakończyć wtykiem koncentrycznym typu BNC-50</p> <p>Poprawność instalacji anten należy sprawdzić i uzyskać mierzoną wartość współczynnika fali stojącej o wartości WFS ≤ 1,3 dla każdej z ww. instalacji anten.</p> <p>Kabel instalacji antenowej GPS należy zakończyć wtykiem koncentrycznym typu mikrowtyk.</p> <p>Poprawność wykonania tej instalacji należy sprawdzić przez pomiar wskazujący odbiór sygnału GPS z co najmniej trzech satelitów systemu GPS jednocześnie.</p>		
12.3	System wewnętrznej łączności pomiędzy kierowcą i przedziałem medycznym		
12.4	<p>Wymagania w zakresie instalowanego w ambulansach radiotelefonu:</p> <p>A. Radiotelefon (urządzenie nadawczo-odbiorcze) musi posiadać ważną deklarację zgodności</p> <p>B. Radiotelefon posiadający następujące parametry techniczne:</p> <p>a/ zakres częstotliwości pracy: 136-174 MHz, 400-470MHz</p> <p>b/ odstęp sąsiedniokanałowy: 25 /20 /12.5 KHz</p> <p>c/ liczba stanowisk kanałowych – co najmniej 160</p> <p>d/ rodzaj modulacji F3E, F2D</p> <p>e/ praca simpleksowa i duosimpleksowa</p> <p>f/ podakustyczna blokada głośnika CTCSS programowalna oddzielnie dla nadajnika i odbiornika na każdej pozycji kanałowej,</p> <p>g/ skanowanie, możliwość tworzenia kilku grup</p>		

<p>kanalów skanowanych, h/ opcjonalnie modem wewnętrzny do transmisji danych, także możliwość podłączenia modemu zewnętrznego o większej szybkości transmisji, i/ uruchomione selektywne wywoływanie z wszystkimi podstawowymi systemami m.in. CCIR, ZVEI, EEA. Selektywne wywoływanie z podwójną sekwencją j/ wyświetlacz cyfrowy z możliwością regulacji natężenia jego podświetlenia k/ czułość odbiornika (SINAD 12 dB) – nie gorsza niż 0,30 μV, l/ zgodność parametrów (selektywność sąsiedniokanałowa, odporność na zakłócenia intermodulacyjne, promieniowanie pasożytnicze) z normami ETSI ł/ moc wyjściowa m.cz.: -na głośniku wewnętrznym co najmniej 2W/4'Ω, -na głośniku zewnętrznym 10W/4'Ω m/ moc wyjściowa w cz. nadajnika (5-25)W, programowalna na każdym stanowisku kanałowym oddzielnie, w co najmniej czterech poziomach, o/ maksymalna dewiacja 2,5 kHz/12,5 kHz, p/ przekątnikowe zabezpieczenie przed odwrotnym podłączeniem zasilania w samochodzie oraz przekroczeniem dopuszczalnej wartości napięcia zasilającego, r/ promieniowanie niepożądane mniejsze niż 0,25 μW, s/ napięcie zasilania 11,00 – 15,6 V, biegun ujemny na obudowie</p> <p>C. Konstrukcja radiotelefonu pozwalająca na pracę w trudnych warunkach, a także: - korpus odlewany ze stopów lekkich - wyświetlacz alfanumeryczny, wyświetlanie kanałów, i funkcji wywoływalnych podczas obsługi i użytkowania, - odłączalny mikrofon, - dodatkowy głośnik zewnętrzny, - montaż radiotelefonu na wymiennej ramie szufladowej z zamkiem lub innym sposobem umożliwiającym uzyskanie pozycji podwieszanej , pionowej bądź na desce rozdzielczej , ale jednocześnie pozwalającej na wykonywanie czynności manualnych i odczyt informacji z wyświetlacza z siedzenia kierowcy i pasażera.</p> <p>D. Programowanie i diagnostyka: - z komputera klasy PC - możliwość zaprogramowania oddzielnie dla każdej pozycji kanałowej: a/ częstotliwości pracy nadajnika i odbiornika, b/ kodów CTCSS dla nad. i odb. c/ mocy wyjściowej w cz. nadajnika</p>		
---	--	--

	<p>d/ selektywnego wywołania e/ skanowania kanału</p> <p>E. Dostarczenie wraz z kompletem radiotelefonów samochodowych dla zakupionych ambulansów: a/ pełnej szczegółowej instrukcji montażu i obsługi radiotelefonu w ilości równej ilości zakupionych radiotelefonów w karetkach, b/ świadectwa kontrolnego każdego radiotelefonu, c/ wydruku zaprogramowanych parametrów na stanowiskach kanałowych oraz parametrów ogólnych, dla każdego radiotelefonu oddzielnie. d/ zestawu programującego oraz programu komputerowego do pełnej realizacji nastaw kanałowych i ogólnego zaprogramowania radiotelefonu w ilości 1 kpl., e/ fabrycznie wykonany programator, z zaprogramowanym w nim kompletem parametrów i nastaw dostarczonego radiotelefonu, w ilości 1 kpl. f/ szczegółowej instrukcji serwisowej zakupionych radiotelefonów w ambulansach w ilości w1 kpl., g/ materiały wymienione w pkt. a, b, c, d, e i f muszą być przygotowane w języku polskim.</p> <p>F. Radiotelefon powinien być zainstalowany w ambulansach zgodnie z przedstawionymi wymogami określającymi zakres instalacji, a po jego zainstalowaniu, sprawdzony i uruchomiony.</p> <p>G. Wymagany okres gwarancji fabrycznej na instalowany radiotelefon powinien wynosić co najmniej 2 lata.</p> <p>H. Kompatybilny z używanym w Pogotowiu systemem Mototrbo</p>		
13.	CENTRALNA INSTALACJA TLENOWA	-----	-----
13.1	<p>Centralna instalacja tlenowa: - zamontowany na ścianie lewej panel z minimum 2 gniazdami poboru tlenu typu AGA, - sufitowy punkt poboru tlenu gniazdo AGA, - sufitowy punkt poboru tlenu zakończony króćcem do podłączenia maski tlenowej z regulacją ilości przepływu tlenu. Regulacja skokowa od „0÷25” L/min. Uwaga: sufitowy punkt poboru tlenu zakończony króćcem do podłączenia maski tlenowej z regulacją ilości przepływu tlenu. Regulacja skokowa od „0÷25” L/min - parametr punktowany (niewymagany)</p>	TAK - 5 pkt NIE – 0 pkt	
13.2	Miejsce na dwie butle tlenowe o pojemności 10 l (duże) w schowku zewnętrznym		
13.3	Konstrukcja ma zapewnić możliwość swobodnego dostępu do zaworów butli tlenowych oraz obserwacji manometrów reduktorów tlenowych bez potrzeby zdejmowania osłony.		

14.	NOSZE GŁÓWNE Z TRANSPORTEREM		
14.1	Wielofunkcyjne samojezdne nosze z transporterem i ruchomą podstawą		<i>podać markę i model – załączyć folder</i>
	Konstrukcja noszy wraz z systemem umożliwiającym ich poszerzenie w sposób bezpieczny i wygodny dla pacjenta bariatrycznego, spełniające normę PN-EN 1865		
14.2	Materac noszy powinien być wykonany z mocnego materiału, odpornego na bakterie, grzyby, plamy i zgniliznę, łatwego do czyszczenia, zmywalnego, odpornego na wodę, olej napędowy, itp. w środkowej części dodatkowo stabilizujący miednicę w trakcie transportu zwłaszcza u pacjentów bariatrycznych, mocowany na rzepy. Umożliwiający ustawienie wszystkich dostępnych pozycji transportowych o powierzchni antypoślizgowej, nie absorbujących krwi i płynów, odpornych na środki dezynfekujące. Materac niepalny, zgodnie z normą EN 597-1.		
14.3	Trwałe graficzne oznakowanie elementów związanych z obsługą noszy		
14.4	Uchwyty do prowadzenia i sterowania elektrycznie noszy na dwóch poziomach zapewniające łatwą obsługę dla personelu med. o zróżnicowanym wzroście		
14.5	Wyświetlacz stanu naładowania akumulatora		
14.6	Możliwość ładowania akumulatora noszy po wpięciu w mocowanie		
14.7	Dodatkowo system ręcznego podnoszenia, unoszenia, załadunku i wyładunku noszy		
14.8	Bezpieczne obciążenie robocze 395 kg, max. waga ciała pacjenta do 318 kg.		
14.9	Waga noszy max. 65 kg zgodnie z normą EN PN 1865-3:2012 + A1:2015. Nosze o zwiększonej wytrzymałości stosowane do dużych obciążeń. Potwierdzenie spełnienia przez nosze i system mocowania noszy normy EN PN 1865-3:2012 + A1:2015 przez niezależną jednostkę notyfikacyjną – przy dostawie		
14.10	Wbudowane automatyczne zwalnianie noszy z mocowania za pomocą jednego przycisku z możliwością ręcznego zwolnienia		
14.11	Nosze z automatycznym, hydrauliczno-elektrycznym systemem podnoszenia, obniżania noszy z pacjentem oraz załadunkiem noszy z/do ambulansu, eliminujący ręczne podnoszenie pacjenta wraz z noszami zgodne z normą dla noszy z zasilaniem EN PN 1865-2:2010 +A1:2015. Potwierdzenie spełnienia normy przez nosze i system mocowania noszy z zasilaniem EN PN 1865-2:2010+ A1:2015 przez niezależną jednostkę notyfikacyjną – przy dostawie		
14.12	Elektryczny system mocowania noszy montowany bezpośrednio do podłogi ambulansu lub lawety,		

	umożliwiający załadunek i rozładunek pacjenta bez wysiłku fizycznego		
14.13	Płynna automatyczna regulacja na wszystkich wysokościach ustawiana za pomocą jednego przycisku		
14.14	W zestawie komplet dwóch baterii plus ładowarka. Możliwość ładowania baterii z zasilania 12 V. Dodatkowo uchwyt na ładowarkę.		
14.15	Nosze wyposażone w 4 kółka obrotowe w zakresie 360° z min. 15 cm średnicą, min. 2 kółka wyposażone w hamulce.		
14.16	2 koła z systemem blokady toczenia (koła kierunkowe)		
14.17	Skracana tylna część ramy noszy celem ułatwienia manewrowania w wąskich przestrzeniach.		
14.18	Całkowita długość noszy 206 cm, po skróceniu max. 160 cm.		
14.19	Możliwość rozłożenia leża noszy po skróceniu tylnej ramy noszy		
14.20	3 częściowy, składany teleskopowo wieszak na płyny infuzyjne		
14.21	Nosze wyposażone w zagłówek mocowany bezpośrednio do ramy noszy umożliwiający ich przedłużenie w celu transportu pacjenta o wyższym wzroście		
14.22	Uchylny stabilizator głowy pacjenta z możliwością wyjęcia oraz ułożenia głowy na wznak.		
14.23	Możliwość mycia ciśnieniowego noszy		
14.24	Okres gwarancji na nosze i system załadunku min. 24 miesiące		
14.25	Liczba gwarancyjnych przeglądów serwisowych: 1 / rok		
14.26	Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji: max. 48 godzin		
14.27	Czas usunięcia awarii w okresie gwarancji: max 7 dni roboczych (w przypadku przedłużającej się naprawy wykonawca dostarczy nosze zastępcze)		
14.28	Instrukcja obsługi i serwisowa w j. polskim		
15.	ELEMENTY SYSTEMU SDW		
15.1	Montaż modułu GPS/GSM zgodnie ze specyfikacją „ <i>rekomendacja minimalnych wymagań sprzętu do SWD PRM</i> ” wraz z antenami GPS i GSM i przewodami zasilającymi 12V		
15.2	Drukarka mobilna zgodnie ze specyfikacją „ <i>rekomendacja minimalnych wymagań sprzętu do SWD PRM</i> ” zamontowana na półce poprzez dedykowany uchwyt drukarki mobilnej. Montaż gniazd z doprowadzonym zasilaniem dla ww. drukarki 12V/230 V z zabezpieczeniem prądowym zakończonym gniazdami (zasilanie 230V z przetwornicy 12V/230V nie zakłócającej pracy innych urządzeń medycznych i łączności radiowej),		

	do mocowania drukarki SWD zestaw gniazd: 2 gniazda USB, w tym jedno gniazdo do transmisji danych, służące do połączenia drukarki z tabletem, 1 gniazdo 12V oraz 1 gniazdo 230 V. Całość instalacji drukarka/półka/uchwyty ujęte w homologacji lub innym dokumencie potwierdzającym bezpieczny montaż (nie zagrażający bezpieczeństwu pasażerów i kierowcy) urządzeń w wybranym miejscu pojazdu.		
15.3	Terminal mobilny – tablet usadowiony w dedykowanej stacji dokującej o parametrach zgodnie z „ <i>rekomendacja minimalnych wymagań sprzętu do SWD PRM</i> ” zamontowany w przedziale kierowcy umożliwiający szybki dostęp i obsługę bez konieczności wypinania ze stacji. .Montaż gniazd z doprowadzonym zasilaniem dla ww. tabletu 12V/230 V z zabezpieczeniem prądowym zakończonym gniazdami (zasilanie 230V z przetwornicy 12V/230V nie zakłócającej pracy innych urządzeń medycznych i łączności radiowej). Stacja musi mieć zasilanie z akumulatora samochodu aby doładowywać tablet medyczny oraz zestaw anten do GPS i GSM montowanych bezpośrednio do stacji dokującej Miejsce montażu – na desce rozdzielczej , w środkowej części konsoli. <i>Zamawiający dopuszcza również inne miejsce na mocowanie uchwytu do tabletu, w miejscu umożliwiającym szybki dostęp i obsługę bez konieczności wypinania ze stacji.</i> Całość instalacji tablet/stacja dokująca/uchwyty ujęte w homologacji lub innym dokumencie potwierdzającym bezpieczny montaż(nie zagrażający bezpieczeństwu pasażerów i kierowcy) urządzeń w wybranym miejscu pojazdu. <i>Zamawiający dopuszcza tablet z IP65 normy MIL-STD 810G 516.6 Procedura IV</i>		
16.	WYPOSAŻENIE POJAZDU / WYMAGANIA DODATKOWE		-----
16.1	Dodatkowa gaśnica w przedziale medycznym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.		
16.2	Kosz na śmieci w przedziale medycznym – 2 szt. (z czego jeden znajdujący się bezpośrednio przy noszach) – zamontowane na stałe zapobiegające niekontrolowanemu przemieszczeniu. Zamontowane kosze nie powinny utrudniać ergonomiki pracy służby ratowniczej		
16.3	Wszystkie pasy w pojeździe typu bezwładnościowego o trzech punktach kotwienia.		
16.4	W kabinie kierowcy zamontowana: - sygnalizacja akustyczna i/lub optyczna ostrzegająca kierowcę o niedomkniętych drzwiach pojazdu		

	- sygnalizacja akustyczna i/lub optyczna ostrzegająca kierowcę o rozładowaniu akumulatora samochodu bazowego i akumulatora dodatkowego - sygnalizacja optyczna informująca kierowcę o włączeniu reflektorów zewnętrznych - sygnalizacja optyczna informująca kierowcę o podłączeniu ambulansu do sieci 230 V - sygnalizacja optyczna informująca kierowcę o braku możliwości uruchomienia pojazdu z powodu otwartych drzwi między przedziałem medycznym a kabiną kierowcy.		
16.5	Płachta transportowa dla pacjentów bariatrycznych o udźwigu co najmniej 350 kg.		
16.6	Krzesełko kardiologiczne o wzmocnionej konstrukcji, przystosowane do transportu pacjentów bariatrycznych wraz z systemem gąsienic do opuszczania pacjenta po schodach. Minimalny udźwig 225 kg . Maksymalna waga krzeselka 30 kg.		Proszę podać maksymalny udźwig krzeselka.
16.7	Wykonane z materiału odpornego na korozję lub z materiału zabezpieczonego przed korozją.		
16.8	Siedzisko i oparcie wykonane z łatwego do mycia i dezynfekcji materiału/tworzywa odpornego na uszkodzenia oraz na mycie i dezynfekcję środkami wiruso i bakteriobójczymi.		
16.9	Możliwość złożenia do transportu w ambulansie.		
16.10	Wysuwane uchwyty przednie blokowane w min. 3 pozycjach.		
16.11	4 koła w tym min 2 obrotowe w zakresie 360°.		
16.12	Uchylny rączki tylne.		
16.13	Wysuwany uchwyt ramy oparcia blokowany w min. 2 pozycjach.		
16.14	Kąt pomiędzy płozami, a ramą krzeselka min. 30°.		
16.15	Rozstaw zewnętrzny płóz min. 37 cm.		
16.16	Stabilizator głowy pacjenta.		
16.17	Ruchoma podpórka na stopy pacjenta zapewniająca mu stabilne podparcie, uniemożliwiająca ześlizgnięcie się stóp pacjenta, o wymiarach min. 240x85 mm.		
16.18	Min. 3 pasy poprzeczne.		
16.19	Waga krzeselka z systemem płozowym max 15 kg.		Proszę podać wagę krzeselka
16.19	Maksymalne wymiary po złożeniu: 95 cm x 52 cm x max. 20 cm.		
16.20	Udźwig min. 220 kg.		
16.21	Deklaracja zgodności, folder, instrukcja obsługi - przy dostawie.		
16.22	Zgodność z wymogami normy PN EN 1789 i PN EN 1865, poświadczona odpowiednim dokumentem wystawionym przez niezależną badawczą jednostkę notyfikowaną zgodnie z uprawnieniami wg dyrektywy medycznej 93/42/EEC		
17.	WYMAGANIA OGÓLNE	-----	-----

17.1	Ambulans nowy, na bazie furgonu rok produkcji 2020 wyposażony w system eCALL oraz asystenta pasa ruchu.		
17.2	Ogumienie ambulansu musi być dostosowane do DMC ambulansu (wymagany indeks „C”)		
17.3	Ambulans fabrycznie wyposażony w pełnowymiarowe koło zapasowe i dodatkowo komplet 4 opon tej samej marki co zamontowane na osiach pojazdu. <i>W przypadku dostawy w sezonie letnim, dodatkowy komplet opon zimowych; w przypadku dostawy w sezonie zimowym dodatkowy zestaw opon letnich</i> <i>Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulansów, które zamiast pełnowymiarowego koła zapasowego będą wyposażone w zestaw naprawczy do kół.</i>		
17.4	Ambulans uzupełniony: 90 % zbiornik paliwa oraz płyny eksploatacyjne do ilości zalecanych przez producenta, w tym w środek redukujący szkodliwe cząsteczki spalin, stosowany w wysokoprężnych silnikach diesla najnowszej generacji, wykorzystujących technologię Selektywnej Redukcji Katalitycznej (SCR)		
17.5	Dostawa ambulansów do siedziby Zamawiającego: 50-507 Wrocław ul. Ziębicka 34-38		
17.6	Wzór logotypu do umieszczenia na ambulansie (w poziomie) + napis o następującej treści: Zakup finansowany z Projektu „Poprawa dostępności i podniesienie jakości świadczeń zdrowotnych na rzecz ograniczenia zachorowalności mieszkańców regionu w związku z pojawieniem się COVID-19”, w ramach Działania 6.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020.		



**) Możliwa liczba pkt do uzyskania za parametry punktowane wynosi 45 pkt*

.....
(miejsowość i data)

.....
(podpis i pieczęć imienna uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy)



Rzeczpospolita
Polska



**DOLNY
ŚLĄSK**

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



UMOWA Nr ZP/...../...../2020

zawarta w dniu r.

ZAMAWIAJĄCY: Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu, z siedzibą przy ul. Ziębickiej 34-38, 50-507 Wrocław, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000207618, NIP 899-23-54-460,

reprezentowany przez:

WYKONAWCA:
.....

reprezentowany przez:

Niniejsza umowa finansowana jest z Projektu „Poprawa dostępności i podniesienie jakości świadczeń zdrowotnych na rzecz ograniczenia zachorowalności mieszkańców regionu w związku z pojawieniem się COVID-19”, planowanego do dofinansowania w ramach Działania 6.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020.

§ 1

Umowa jest wynikiem przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 221 000 euro na zamówienie pn.: „*Dostawa ambulansu bariatrycznego*” - znak sprawy: ZP/PR/21/2020 - na podstawie, którego Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej i udzielił zamówienia publicznego stanowiącego przedmiot niniejszej Umowy.

§ 2

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest dostawa fabrycznie nowego, wyprodukowanego w 2020 r. ambulansu bariatrycznego - marka pojazdu:, rok produkcji r., zwanego w treści umowy „*Przedmiotem umowy*”, zgodnie ze zgłoszoną przez Wykonawcę ofertą stanowiącą załącznik do niniejszej umowy.

2. Wykonawca oświadcza, że Przedmiot umowy jest zgodny z wymogami określonymi w tabeli minimalnych wymagań techniczno - użytkowych ambulansu, posiada wymagane dokumenty dopuszczające go do ruchu drogowego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, spełnia wymogi obowiązujących norm oraz wolny jest od wad fizycznych i prawnych, a także nie jest obciążony prawami osób trzecich.

§ 3

Wynagrodzenie

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy wynosi zł brutto (słownie: w tym zł netto, podatek VAT zł.
2. Całkowite wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, wynika z oferty Wykonawcy i obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją Przedmiotu umowy w tym:
 - 1) koszt pojazdu;
 - 2) koszt dostawy tj. koszt dostarczenia ambulansów do siedziby Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu, ul. Ziębicka 34-38, 50-507 Wrocław;
 - 3) koszt zabudowy części medycznej;
 - 4) koszt wyposażenia medycznego;
 - 5) koszt gwarancji;
 - 6) koszt ubezpieczenia dostawy do czasu przekazania Przedmiotu umowy do eksploatacji;
 - 7) podatek od towarów i usług (VAT);
 - 8) koszt udzielenia instruktażu personelu wskazanego przez Zamawiającego, w zakresie obsługi Przedmiotu umowy;
 - 9) koszty cła, podatku granicznego (*o, ile dotyczy*);
 - 10) koszt ewentualnych tłumaczeń dokumentacji przekazanej Zamawiającemu przy dostawie przedmiotu umowy (*o, ile dotyczy*).
3. Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1 z tytułu zrealizowanej dostawy, nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury końcowej. Podstawą wystawienia faktury za dostarczony Przedmiot umowy będzie pozytywny protokół zdawczo-odbiorczy dostarczonego ambulansu wraz z wyposażeniem medycznym podpisany przez obie Strony.
4. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w terminie do 30 dni od dnia zaakceptowania przez Zamawiającego protokołu zdawczo – odbiorczego na konto bankowe nr [.....] prowadzone przez bank [.....].
5. Za termin zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 4

Termin dostawy

1. Wykonawca wyda Zamawiającemu Przedmiot umowy w terminie **do 90 dni kalendarzowych** od

- dnia podpisania umowy.
2. Wydanie przedmiotu Umowy nastąpi w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 – 14.00. Przedmiot Umowy Wykonawca swoim kosztem i staraniem podstawia na parking przy Pogotowiu Ratunkowym we Wrocławiu, ul. Ziębicka 34-38, 50-507 Wrocław (miejsce wydania).
 3. Wraz z dostawą Przedmiotu umowy Wykonawca przekaze Zamawiającemu wszystkie dokumenty konieczne do użytkowania ambulansu, w szczególności:
 - 1) instrukcje obsługi, w tym instrukcję obsługi do wszystkich elementów zabudowy specjalistycznej na zewnątrz i wewnątrz pojazdu;
 - 2) warunki gwarancji (książki, karty, paszporty techniczne);
 - 3) wykaz materiałów zużywalnych wykorzystywanych w bieżącej eksploatacji ambulansu;
 - 4) informacje o warunkach serwisu w okresie pogwarancyjnym;
 - 5) wymagane obowiązującymi przepisami:
 - a) Świadectwo homologacji ambulansu;
 - b) Kartę pojazdu
 - c) Książkę serwisową
 - d) Atesty (*o, ile dotyczy*)
 - e) inne niezbędne świadectwa i certyfikaty zgodności z normami PN-EN 1789+A2 i PN-EN 1865-1+A1;
 4. Przekazane Zamawiającemu dokumenty powinny być zgodne z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2130) oraz zgodne z przepisami Działu III Rozdział 1a Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 110) oraz pozostałymi obowiązującymi w tym względzie przepisami prawa.
 5. Wykaz przekazanych dokumentów znajdzie odzwierciedlenie w protokole zdawczo-odbiorczym podpisanym przez Strony. Wszystkie dokumenty winny być wystawione przez Wykonawcę w języku polskim. W przypadku dostarczenia oryginalnych dokumentów producenta zagranicznego, muszą one być przetłumaczone na język polski.
 6. Wykonawca poinformuje Zamawiającego o terminie przekazania Przedmiotu umowy w formie pisemnej, faksowej bądź mailowej, co najmniej na 3 dni robocze przed proponowanym terminem odbioru.
 7. Odbiór Przedmiotu umowy będzie potwierdzony pozytywnym protokołem zdawczo-odbiorczym dostarczonego ambulansu oraz wyposażenia medycznego podpisany przez obie Strony.

§ 5

Warunki odbioru

1. Upoważnieni przedstawiciele Zamawiającego w obecności przedstawicieli Wykonawcy dokonają

- odbioru Przedmiotu umowy.
2. Odbiór Przedmiotu umowy odbędzie się po sprawdzeniu jakości, wagi oraz spełnienia wymogów techniczno - użytkowych określonych w załączniku nr do niniejszej umowy, z uwzględnieniem sprawności i zdolności do użycia pojazdu oraz jego wyposażenia zgodnie z ich przeznaczeniem oraz warunkami wynikającymi z niniejszej umowy.
 3. Odbiór Przedmiotu umowy zostanie dokonany przez przedstawicieli Zamawiającego.
 4. W przypadku wątpliwości dotyczących spełnienia przez Wykonawcę wymogów określonych w tabeli minimalnych wymagań techniczno - użytkowych ambulansu, Zamawiający powoła biegłego/rzeczoznawcę z zakresu techniki motoryzacyjnej lub/i odpowiednio podmiot uprawniony do wykonywania czynności związanych z homologacją pojazdów, przedmiotu ich wyposażenia lub części, dopuszczeniem jednostkowym pojazdu, czy też dopuszczeniem indywidualnym WE pojazdów, który dokona czynności odbiorowe.
 5. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru, że Przedmiot umowy nie odpowiada warunkom określonym w tabeli minimalnych wymagań techniczno - użytkowych ambulansu, ofercie Wykonawcy, obowiązującymi normami lub niniejszą umową Strony odstąpią od podpisania protokołu i wyznaczą kolejny termin odbioru.
 6. Podpisanie pozytywnego protokołu zdawczo – odbiorczego przez Strony stanowić będzie ostateczne potwierdzenie odebrania Przedmiotu umowy przez Zamawiającego.

§ 6

Warunki gwarancji i serwisu

1. Wykonawca udziela gwarancji na Przedmiot umowy zgodnie ze złożoną przez Wykonawcę ofertą tj. na okres liczony od dnia odbioru przez Zamawiającego:
 - 1) okres gwarancji na pojazd bazowy – **24 - miesiące**,
 - 2) okres gwarancji na zabudowę medyczną – *zgodnie z deklaracją wykonawcy w ofercie* miesiący, bez limitu kilometrów;
 - 3) okres gwarancji na powłokę lakierniczą – *zgodnie z deklaracją wykonawcy w ofercie* miesiący, bez limitu kilometrów;
 - 4) okres gwarancji na perforację nadwozia – *zgodnie z deklaracją wykonawcy w ofercie* miesiący, bez limitu kilometrów;
 - 5) okres gwarancji na wyposażenie medyczne – *zgodnie z deklaracją wykonawcy w ofercie* miesiący,
2. Wykonawca udzieli gwarancji bez limitu kilometrów na układ klimatyzacji na okres 24 miesiące licząc od dnia podpisania pozytywnego protokołu odbioru.
3. Okres gwarancji odpowiednio pojazdu bazowego/zabudowy medycznej/sprzętu medycznego zostanie potwierdzony w karcie gwarancyjnej.
4. W przypadku zaistnienia jakiegokolwiek awarii lub usterki zabudowy medycznej lub wyposażenia medycznego, Zamawiający zawiadamia Wykonawcę o konieczności wykonania naprawy

- telefonicznie: i potwierdza to poprzez wysłanie do Wykonawcy zgłoszenia w formie pisemnej pocztą elektroniczną (e-mail:).
5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania napraw gwarancyjnych zabudowy medycznej oraz wyposażenia medycznego, opisanych w załączniku nr do niniejszej umowy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie do 14 dni roboczych od daty zgłoszenia.
 6. Naprawy gwarancyjne pojazdu bazowego, perforacji nadwozia oraz powłoki lakierniczej będą realizowane zgodnie z warunkami gwarancji pojazdu bazowego w stacjach obsługi na terenie województwa dolnośląskiego, w odległości drogowej do 20 km od siedziby Zamawiającego, z zastrzeżeniem postanowień ustępów poniżej.
 7. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia zgłoszonej przez Zamawiającego naprawy gwarancyjnej zabudowy medycznej/wyposażenia medycznego opisanej/go w załączniku nr do niniejszej umowy, w siedzibie Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż do 72 godz. od chwili zgłoszenia.
 8. W przypadku gdy naprawa gwarancyjna:
 - 1) zabudowy medycznej lub wyposażenia medycznego nie będzie możliwa w siedzibie Zamawiającego lub nie będzie mogła zostać skutecznie wykonana w ciągu 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia, Wykonawca ma obowiązek dostarczyć na czas naprawy na własny koszt do dyspozycji Zamawiającego, do siedziby Zamawiającego, sprawny ambulans zastępczy/zastępcze wyposażenie medyczne spełniający/ce wymagania opisane w załączniku nr do niniejszej umowy, o parametrach nie gorszych niż opisane w tabeli minimalnych wymagań techniczno - użytkowych ambulansu w czasie do 24 godz. od upływu terminu, o którym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu;
 - 2) pojazdu bazowego nie będzie mogła zostać skutecznie wykonana w ciągu 14 dni roboczych od dnia podjęcia naprawy przez autoryzowaną stację obsługi, Wykonawca ma obowiązek, na wniosek Zamawiającego, dostarczyć na własny koszt do dyspozycji Zamawiającego, do siedziby Zamawiającego, sprawny ambulans zastępczy spełniający wymagania opisane w załączniku nr do niniejszej umowy, o parametrach nie gorszych niż opisane w tabeli minimalnych wymagań techniczno - użytkowych ambulansu w czasie do 24 godz. od momentu złożenia wniosku przez Zamawiającego. Z wnioskiem o dostarczenie ambulansu zastępczego Zamawiający ma prawo wystąpić przed upływem 5-ego dnia roboczego naprawy, o ile z informacji uzyskanej z autoryzowanej stacji obsługi wynikało będzie, że naprawa nie zostanie wykonana w terminie 5 dni roboczych.
 9. Jeżeli w przypadku opisanym w ust. 5 powyżej Wykonawca nie zapewni ambulansu zastępczego/zastępczego wyposażenia medycznego spełniającego opisane w tabeli minimalnych wymagań techniczno - użytkowych ambulansu, Zamawiający ma prawo zapewnić sobie, do czasu wykonania naprawy, ambulans/wyposażenie medyczne spełniający/e takie wymagania obciążając kosztami Wykonawcę.
 10. Serwis, przeglądy gwarancyjne zabudowy medycznej i wyposażenia medycznego wykonywane

będą nieodpłatnie przez Wykonawcę w okresie gwarancji.

11. W przypadku awarii dostarczonego przez Wykonawcę ambulansu zastępczego, przez co rozumie się awarię pojazdu bazowego, zabudowy medycznej lub wyposażenia medycznego Wykonawca ma obowiązek usunąć awarię w terminie 3 dni roboczych bądź zapewnić kolejny ambulans zastępczy w ciągu 72 godzin.
12. Powyższe zapisy nie naruszają uprawnień Zamawiającego przysługujących mu z tytułu rękojmi za wady ani z tytułu odpowiedzialności odszkodowawczej.
13. Niniejsza umowa stanowi jednocześnie oświadczenie gwarancyjne Wykonawcy, o którym mowa w art. 577¹ KC.

§ 7

Przedstawiciele Stron

1. Ze strony Zamawiającego osobami upoważnionymi do odbioru przedmiotu umowy są:
 -
 -
 -
 -
2. Ze strony Wykonawcy osobą upoważnioną do koordynacji prac będących przedmiotem zamówienia jest, tel., e-mail

§ 8

Kary umowne

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Strony zobowiązują się zapłacić kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:
 - 1) za opóźnienie w wydaniu Przedmiotu Umowy wraz z dokumentami, o których mowa w § 4 ust. 3 w terminie określonym w umowie w wysokości 0,5% kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;
 - 2) w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy,
 - 3) za opóźnienie w wykonaniu obowiązku, o którym mowa w § 6 ust. 5 w wysokości 0,5 % kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;
 - 4) za opóźnienie w wykonaniu obowiązku o którym mowa w § 6 ust. 7 w wysokości 0,1 % kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia;
 - 5) za opóźnienie w wykonaniu obowiązku o którym mowa w § 6 ust. 8 pkt 1 w wysokości 0,1 % kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia;

- 6) za opóźnienie w wykonaniu obowiązku, o którym mowa w § 6 ust. 8 pkt 2 w wysokości 0,1 % kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia;
- 7) za opóźnienie w wykonaniu obowiązku, o którym mowa w § 6 ust. 11 w wysokości 0,1 % kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia;
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania naliczonych kar umownych z dowolnej należności Wykonawcy, a zapłata lub potrącenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku realizacji umowy.
3. Zamawiający uprawniony jest dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych do wartości poniesionej szkody na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.
4. Zamawiający ma prawo dochodzić kar umownych także po odstąpieniu od umowy.
5. Wszelkie prawa wynikające z niniejszej umowy, w tym również wierzytelności, nie mogą być przenoszone przez Wykonawcę na rzecz osób trzecich bez uprzedniej pisemnej zgody organu tworzącego Zamawiającego. Wykonawca nie jest także upoważniony bez uprzedniej, pisemnej zgody organu tworzącego Zamawiającego do dokonania przekazu ani poręczenia wierzytelnościami wynikającymi z niniejszej umowy.
6. W razie nie uregulowania przez Zamawiającego płatności w wyznaczonym terminie, Wykonawca ma prawo żądać zapłaty ustawowych odsetek.
7. W przypadku dostarczenia na czas naprawy ambulansu lub wyposażenia medycznego, zastępczego ambulansu o parametrach nie gorszych niż opisane w OPZ, Zamawiający odstąpi od naliczenia kar, o których mowa w § 8 pkt 3 ÷ 7 niniejszej umowy.

§ 9

Ubezpieczenia

1. Wykonawca zawrze i utrzyma w mocy przez cały okres trwania Umowy ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) na kwotę min. 600 000,00 złotych.
2. Zakres ochrony ubezpieczeniowej objąć powinien odpowiedzialność cywilną Wykonawcy z tytułu czynów niedozwolonych (odpowiedzialność deliktową) oraz odpowiedzialność cywilną za szkody wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (odpowiedzialność kontraktowa), jak również odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez wyprodukowany/dostarczony produkt. Ochroną zostaną objęte szkody rzeczowe i osobowe wyrządzone osobom trzecim.
3. Dodatkowo, zakres ubezpieczenia będzie uwzględniał:
 - 1) szkody powstałe po wykonaniu pracy lub usługi wynikłe z nienależytego wykonania zobowiązania lub z czynu niedozwolonego;
 - 2) szkody powstałe wskutek rażącego niedbalstwa;
 - 3) szkody wyrządzone w mieniu przekazanym w celu wykonania obróbki, czyszczenia, naprawy,

- demontażu, montażu, zabudowy lub innych podobnych czynności lub prac.
4. Jeżeli do realizacji prac zostaną zatrudnieni podwykonawcy, Wykonawca zapewni ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podwykonawców w zakresie obejmującym co najmniej realizowane przez nich prace. Dopuszcza się zastosowanie regresu w stosunku do podwykonawcy będącego sprawcą szkody.
 5. Zakres terytorialny umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej: teren Polski.
 6. Wyłączenia odpowiedzialności są dopuszczalne w zakresie zgodnym z aktualnym standardem rynkowym.
 7. Wykonawca jest zobligowany dostarczyć kopię polisy poświadczającą zawarcie umowy ubezpieczenia zgodnej z wymogami, o których mowa w niniejszym artykule w terminie do dnia rozpoczęcia prac, jednak nie później niż 30 dni od daty podpisania Umowy.
 8. Jeżeli w trakcie trwania Umowy upłynie okres ubezpieczenia z tytułu przedłożonej przez Wykonawcę umowy ubezpieczenia, Wykonawca niezwłocznie i bez wezwania dostarczy Zamawiającemu dokument potwierdzający przedłużenie bieżącej lub zawarcie nowej umowy ubezpieczenia zgodnej z wymaganiami określonymi w niniejszym artykule, w terminie najpóźniej 3 dni roboczych przed końcem bieżącego okresu ubezpieczenia. Wykonawca ma przy tym obowiązek zapewnić ciągłość ochrony ubezpieczeniowej (lub spowodować taki stan).
 9. Jeżeli wymagana umowa ubezpieczenia nie zostanie zawarta lub dokumenty potwierdzające jej zawarcie (w tym opłacenie składki) nie zostaną dostarczone, albo jeśli zakres ochrony będzie odbiegał na niekorzyść Zamawiającego od zakresu wskazanego w niniejszym artykule lub Wykonawca w jakikolwiek sposób i stopniu zmieni zapisy Umowy na niekorzyść Zamawiającego bez jego zgody bądź gdy świadomie wprowadzi w błąd Zamawiającego co do istnienia lub warunków tejże umów ubezpieczenia, Zamawiający ma prawo samodzielnie zawrzeć stosowną umowę ubezpieczenia we wskazanym powyżej zakresie. Zamawiający obciąży Wykonawcę składką za tak zawartą umowę ubezpieczenia wzywając go do zapłaty lub dokonując potrącenia wraz z należnymi odsetkami z wynagrodzenia Wykonawcy.
 10. Ubezpieczenia winny zostać zawarte z ubezpieczycielem lub ubezpieczycielami na warunkach przedstawionych w Umowie. Zatwierdzenia wymaga jakakolwiek zmiana w warunkach zawartych ubezpieczeń powodująca pogorszenie warunków ubezpieczenia w porównaniu z Umową.
 11. Warunki ubezpieczenia, obowiązek Wykonawcy lub podwykonawców do zawarcia i przedłużania ważności wymaganych ubezpieczeń nie mogą być w żadnym wypadku interpretowane jako ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z niniejszej Umowy.

§ 10

Zmiany do umowy

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia następujących zmian do umowy:
 - 1) zmiany modelu dostarczanego wyposażenia medycznego/elementu wyposażenia/urządzenia

- w stosunku do podanego w ofercie, z zastrzeżeniem, że zmiana ta nastąpi wyłącznie w przypadku, gdy model wyposażenia medycznego/elementu wyposażenia/urządzenia został wycofany z dystrybucji i został zastąpiony modelem należącym do tej samej linii produktowej, o parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych co najmniej takich jak model oferowany, lub który został udoskonolony albo dodatkowo wyposażony, za cenę nie wyższą od ustalonej niniejszą umową;
- 2) zmiany modelu dostarczanego wyposażenia medycznego/elementu wyposażenia/urządzenia w stosunku do podanego w ofercie, na sprzęt/element sprzętu/urządzenie posiadające co najmniej parametry takie jak model oferowany i z punktu widzenia technicznego lub technologicznego zapewniające uzyskanie korzystnej dla Zamawiającego funkcjonalności lub lepszych parametrów pracy, za cenę nie wyższą od ustalonej niniejszą umową;
 - 3) w przypadku konieczności wymiany wyposażenia medycznego/elementu wyposażenia /urządzenia przez Wykonawcę w czasie gwarancji, gdy dotychczas użytkowane wyposażenie medyczne/element wyposażenia/urządzenia zostało wycofane z dystrybucji i nie zostało zastąpione przez producenta modelem należącym do tej samej linii produktowej bez konieczności poniesienia jakichkolwiek dodatkowych kosztów przez Zamawiającego;
2. Zmieniony model wyposażenia medycznego/elementu wyposażenia/urządzenia w stosunku do podanego w ofercie musi być w pełni kompatybilny z pozostałymi urządzeniami zaoferowanymi przez Wykonawcę oraz powinno być zgodnie z wymaganiami określonymi w tabeli minimalnych wymagań techniczno - użytkowych ambulansu.
 3. Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę.
 4. Zmiany danych teleadresowych Stron oraz danych osób uprawnionych do ich reprezentacji lub upoważnionych w umowie do dokonywania czynności nie stanowią zmiany umowy, o ile informacja o dokonaniu zmiany została skutecznie doręczona drugiej Stronie na piśmie.
 5. Zmiana umowy może nastąpić w przypadku poprawienia błędów i oczywistych omyłek słownych, literowych, liczbowych, numeracji jednostek redakcyjnych lub uzupełnień treści nie powodujących zmiany celu i istoty umowy.
 6. Strona wnosząca o zmiany inicjuje zmianę pisemnie poprzez przedstawienie propozycji aneksu do umowy wraz z uzasadnieniem, z zastrzeżeniem ust. 5 powyżej.
 7. Zmiany mogą zostać wprowadzone jedynie w przypadku, gdy obie Strony umowy zgodnie uznają, że wprowadzenie zmian jest konieczne i niezbędne dla prawidłowej realizacji umowy.

§ 11

Odstąpienie od umowy

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy w całości lub w części w następujących przypadkach:
 - 1) opóźnienia Wykonawcy w dostawie Przedmiotu umowy przekraczającego 14 dni roboczych, w stosunku do terminu określonego w § 4 ust. 1 umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo

do odstąpienia od niniejszej umowy w terminie do 90 dni od upływu terminu określonego w § 4 ust. 1 umowy po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do realizacji obowiązków wynikających z umowy w terminie 7 dni roboczych;

- 2) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie będzie leżało w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiającemu będzie przysługiwać prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy;
2. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Strona odstępująca od umowy poda pisemne uzasadnienie swojej decyzji.

§ 12

Inne postanowienia

1. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego i podmiotu tworzącego przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie obowiązujące przepisy Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145) oraz przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.).
3. Ewentualne spory wynikłe z wykonania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez właściwy Sąd dla siedziby Zamawiającego.

§ 13

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

§ 14

Załącznikami do niniejszej umowy są:

- 1) Tabela minimalnych wymagań techniczno - użytkowych ambulansów - załącznik nr
- 2) Wzór protokołu zdawczo – odbiorczego - załącznik nr
- 3) Wzór oświadczenia gwarancyjnego Wykonawcy – załącznik nr

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

**WZÓR OŚWIADCZENIA
GWARANCYJNEGO WYKONAWCY**

Do umowy nr z dnia 2020 roku

1. Określające podstawowe warunki wykonywania przez Zamawiającego praw z tytułu gwarancji za wady i usterki.
2. Przedmiotem gwarancji jest ambulans bariatryczny zakupiony w ramach Projektu „*Poprawa dostępności i podniesienie jakości świadczeń zdrowotnych na rzecz ograniczenia zachorowalności mieszkańców regionu w związku z pojawieniem się COVID-19*”, planowanego do dofinansowania w ramach Działania 6.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020
3. Data odbioru końcowego:
4. Nazwa i adres Gwaranta/Wykonawcy:

Ogólne warunki gwarancji:

- 1) Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy objęty niniejszą gwarancją został wykonany zgodnie z umową, przepisami obowiązującego prawa, wytycznymi Zamawiającego i zasadami wiedzy technicznej, a w szczególności jest zgodny zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj.:
 - a) spełnia wymagania aktualnych norm PN-EN 1789+A2 i PN-EN 1865-1+A1 w zakresie odpowiednim do niniejszego postępowania;
 - b) posiada ważną homologację (na samochód wraz z zabudową) wystawioną zgodnie z przepisami Działu III Rozdział 1a Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 110);
 - c) spełnia warunki określone w przepisach dotyczących warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 2022);
 - d) spełnia warunki określone w przepisach dotyczących oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2487);
 - e) spełnia warunki określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2130)
- 2) Wykonawca oświadcza, że przedmiot gwarancji zachowa sprawność i bezawaryjność przez cały okres gwarancji.

- 3) okres gwarancji wynosi:
 - a) na pojazd bazowy – **na okres 24 miesięcy;**
 - b) na zabudowę medyczną – na okres nie krótszy niż miesiące;
 - c) na powłokę lakierniczą – na okres nie krótszy niż miesiące;
 - d) na perforację nadwozia gwarancja – na okres nie krótszy niż miesiące;
 - e) na wyposażenie medyczne np. nosze i transporter – na okres nie krótszy niż miesiące.
- 4) Wykonawca udzieli gwarancji bez limitu kilometrów na układ klimatyzacji na okres 24 miesiące licząc od dnia podpisania pozytywnego protokołu odbioru.
 - bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym, po dokonaniu bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem, że w razie wykrycia wady lub usterki w ostatnim roku obowiązywania gwarancji uprawnienia i roszczenia Zamawiającego z tytułu gwarancji w stosunku do tych wad lub usterek wygasają po upływie roku od ich usunięcia.
- 5) W ramach udzielonej gwarancji jakości Wykonawca zobowiązuje się do:
 - a) usunięcia wady fizycznej lub usterki rzeczy lub,
 - b) wykonania przedmiotu umowy, lub dotkniętej wadą lub usterką jego części od nowa – w przypadku, kiedy samo usunięcie wady lub usterki nie umożliwi użytkownika przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.
- 6) Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad lub usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi na każde wezwanie Zamawiającego. Stwierdzone wady lub usterki zgłaszane będą Wykonawcy zgodnie z zapisami karty gwarancyjnej.
- 7) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania napraw gwarancyjnych zabudowy medycznej oraz wyposażenia medycznego, opisanych w załączniku nr [...] do umowy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie do 14 dni roboczych od daty zgłoszenia.
- 8) Naprawy gwarancyjne pojazdu bazowego, perforacji nadwozia oraz powłoki lakierniczej będą realizowane zgodnie z warunkami gwarancji producenta pojazdu bazowego.
- 9) Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia zgłoszonej przez Zamawiającego naprawy gwarancyjnej zabudowy medycznej/wyposażenia medycznego opisanej/go w załączniku nr [...] do umowy, w siedzibie Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż do 72 godz. od chwili zgłoszenia.
- 10) W przypadku gdy naprawa gwarancyjna:
 - a) zabudowy medycznej lub wyposażenia medycznego nie będzie możliwa w siedzibie Zamawiającego lub nie będzie mogła zostać skutecznie wykonana w ciągu 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia, Wykonawca ma obowiązek dostarczyć na czas naprawy na własny koszt do dyspozycji Zamawiającego, do siedziby Zamawiającego, sprawny ambulans zastępczy/zastępcze wyposażenie medyczne spełniający/ce wymagania opisane w załączniku nr [...] do niniejszej umowy, o parametrach nie gorszych niż opisane

tabeli minimalnych wymagań techniczno - użytkowych ambulansu w czasie do 24 godz. od upływu terminu, o którym mowa w pkt 7;

- b) pojazdu bazowego nie będzie mogła zostać skutecznie wykonana w ciągu 14 dni roboczych od dnia podjęcia naprawy przez autoryzowaną stację obsługi, Wykonawca ma obowiązek, na wniosek Zamawiającego, dostarczyć na własny koszt do dyspozycji Zamawiającego, do siedziby Zamawiającego, sprawny ambulans zastępczy spełniający wymagania opisane w załączniku nr [.....] do niniejszej umowy, o parametrach nie gorszych niż opisane w tabeli minimalnych wymagań techniczno - użytkowych ambulansu w czasie do 24 godz. od momentu złożenia wniosku przez Zamawiającego. Z wnioskiem o dostarczenie ambulansu zastępczego Zamawiający ma prawo wystąpić przed upływem 5-ego dnia roboczego naprawy, o ile z informacji uzyskanej z autoryzowanej stacji obsługi wynikało będzie, że naprawa nie zostanie wykonana w terminie 5 dni roboczych.
- 11) Jeżeli w przypadkach opisanych w pkt. 10 powyżej Wykonawca nie zapewni ambulansu zastępczego/zastępczego wyposażenia medycznego spełniającego opisane w załączniku nr [.....] wymagania, Zamawiający ma prawo zapewnić sobie, do czasu wykonania naprawy, ambulans/wyposażenie medyczne spełniający/e takie wymagania obciążając kosztami Wykonawcę.
- 12) Serwis, przeglądy gwarancyjne zabudowy medycznej i wyposażenia medycznego wykonywane będą nieodpłatnie przez Wykonawcę w okresie gwarancji.
- 13) W przypadku awarii dostarczonego przez Wykonawcę ambulansu zastępczego, przez co rozumie się awarię pojazdu bazowego, zabudowy medycznej lub wyposażenia medycznego Wykonawca ma obowiązek usunąć awarię w terminie 3 dni bądź zapewnić kolejny ambulans zastępczy w ciągu 72 godzin.
- 14) W przypadku nie możliwości wykonania usługi gwarancyjnej w siedzibie Zamawiającego, Wykonawca ponosi związane z tym koszty transportu.
- 15) W przypadku 3 - krotnej naprawy tego samego elementu, podzespołu - które są możliwe do wyodrębnienia - w okresie gwarancji Wykonawca wymieni go na nowy.
- 16) W razie nie usunięcia wad lub usterek przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający zleci zastępcze ich usunięcie na koszt i ryzyko Wykonawcy bez konieczności ponownego wzywania Wykonawcy do ich usunięcia, na co Wykonawca wyraża zgodę.
- 17) Postanowienia oświadczenia gwarancyjnego nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień Zamawiającego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
- 18) Niniejsza gwarancja obowiązuje na terenie Rzeczypospolitej Polski oraz pozostałych krajów UE.

19) Wykonawca wskazuje, iż wszelkich zgłoszeń należy dokonywać pod nr tel.
fax.....e-mail:;
osobą kontaktową będzie:

Data i Podpis Gwaranta/Wykonawcy

.....

WZÓR PROTOKÓŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO AMBULANSU

Zdający :
.....

Przyjmujący: Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu
Ul. Ziębicka 34 – 38
50 – 507 Wrocław

Miejsce odbioru parking przy Pogotowiu Ratunkowym we Wrocławiu, ul. Ziębicka 34-38, 50-507
Wrocław

Marka samochodu

Model/typ

Numer VIN

Stan licznika km

Waga pojazdu:.....

Brak systemu ograniczającego prędkość pojazdu

Zabudowa medyczna

UWAGI:

.....

.....

Wyposażenie dodatkowe:

UWAGI:.....

.....

.....

Dokumenty pojazdu:

- 1) instrukcje obsługi, w tym instrukcję obsługi do wszystkich elementów zabudowy specjalistycznej na zewnątrz i wewnątrz pojazdu;
- 2) warunki gwarancji (książki, karty, paszporty techniczne);
- 3) wykaz materiałów zużywalnych wykorzystywanych w bieżącej eksploatacji ambulansu;

- 4) informacje o warunkach serwisu w okresie pogwarancyjnym;
- 5) wymagane obowiązującymi przepisami:
 - a) Świadectwo homologacji ambulansu;
 - b) Kartę pojazdu
 - c) Książkę serwisową
 - d) Atesty (o, ile dotyczy)
 - e) inne niezbędne świadectwa i certyfikaty zgodności z normami PN-EN 1789+A2 i PN-EN 1865-1+A1;

UWAGI:

.....
.....
.....

Opis stanu technicznego (ewentualne uszkodzenia):

.....
.....
.....

Przyjęto bez zastrzeżeń/zastrzeżenia (niepotrzebne skreślić)

.....
.....
.....

ZDAJĄCY

.....

(data, podpis)

ODBIERAJĄCY

.....

(data, podpis)

	Nr postępowania ZP/ PR/21/ 2020
<i>Nazwa Wykonawcy / Wykonawców</i>	Wykaz wykonanych dostaw - załącznik nr 5 do SIWZ

Ip.	Przedmiot dostaw	Wartość w PLN	Data wykonania		Podmiot na rzecz, którego zostały wykonane (nazwa, adres, telefon)	Wykonawca
			początek (data)	zakończenie (data)		
1.						
2.						
....						

.....
 (podpis osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

Do wykazu należy załączyć dowody potwierdzające ich należyte wykonanie np. referencje.

